



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	BOMBA, de vacuo, para laboratorio, potencia 1/3 Hp, vazao de 35 L/min, vacuo ajustavel maximo de 700 mm Hg, tensao 110/220volts(bivolt), manual de instrucoes, garantia minima de 01 ano. >> Ref. SAEB => 43.10.00.00041755-6	Não	Un	7,00				
2	PURIFICADOR, de agua osmose reversa, com: - Com desmineralizador; - Producao de 10 litros / hora a 25° C; - Equipamento compacto para laboratorios, quimicos, farmaceuticos, pesquisa, ensino, etc; - Totalmente construido em polipropileno atoxico sendo seus estagios de pre-filtracao composto de: - Pre-filtracao com cartucho de carvao ativado compacto (Carbon Block), para retirada de cloro, odores e substancias quimicas organicas; - Purificacao por membrana para Osmose Reversa semi permeavel; - Filtracao final com cartucho desmineralizador carregado com resina mista para troca ionica com funcao final de polimento. Cartucho de resina tipo refil, podendo ser regenerado a base de troca ou recarregado com resina nova; - LED da condutividade da agua no painel, para indicacao da substituicao da resina. - A pressao hidraulica minima exigida pela membrana (2,1 bar ou 21 mca) e garantida por uma bomba pressurizadora que acompanha o equipamento; - Consumo: +/- 100 watts - Voltagem: 110/220 volts; - Acompanha mangueiras e adaptadores.	Não	Un	4,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	>> Ref. SAEB => 46.10.00.00069295-6 PAQUIMETRO, digital, regua de 0 a 200 mm, medicao externa, medicao interna, profundidade e ressalto, fabricado em aco inoxidavel. - Display LCD (cristal liquido) com 5 digitos mais o sinal (-) e a indicacao da unidade de medida em milímetros ou polegadas - leituras 0,01mm/.0005" - repetitividade: 0,01mm/0005" - funcao zero em qualquer ponto - tecla de liga /desliga - tecla conversora mm/polegada - indicacao de bateria com carga - parafuso de fixacao - alimentacao por bateria - manual em portugues do Brasil - Com certificado de calibracao RBC - Rede Brasileira de Calibracao e aprovacao pelo INMETRO.	Não	Un	1,00				
4	>> Ref. SAEB => 52.10.00.00130387-2 PAQUIMETRO, analogico, quadrimensional, capacidade de 0 a 150mm, graduacao 0,02mm / 0.001. Medicao: externa, interna, ressaltos e profundidade; fabricado em aco inoxidavel, parafuso de fixacao de medida, cursor monobloco, estojo incluso.	Não	Un	1,00				
	>> Ref. SAEB => 52.10.00.00167791-8							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	MOINHO, de facas e martelos, utilizado para a reducao do tamanho de particulas solidas. a) Todas as partes que entram em contato com o produto deverao ser construidas em aco inoxidavel 316L polido com acabamento superficial 1,0 µm Ra; b) As partes que nao entram em contato com o produto construidas em aco inoxidavel 304L polido com acabamento superficial 1,0 µm Ra; c) Possuir a camara de processamento completamente desmontavel, ao modo que facilite a lavagem dos materiais; d) Energia eletrica: 220V monofasico ou 380V trifasico. >> Ref. SAEB => 65.15.19.00111889-7	Não	Un	2,00				
6	SISTEMA, uso laboratorial, de extracao Soxhlet, bateria de aquecimento tipo Sebelin para 6 provas; com controles eletronicos individuais de potencia de aquecimento; construido em caixa de aco com tratamento anticorrosivo; com duas hastes verticais, suportes horizontais, pincas para fixacao e refletores berco da resistencia em aco inox. Acompanha: suportes para os baloes, 6 baloes de fundo redondo de 250 mL, 6 condensadores junta 45, 6 extratores de 307 mm com junta superior 45 e inferior 24, 6 cartuchos de extracao 25 x 80; Tensao 110V; Garantia minima de 12 meses; manual de instrucoes. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante >> Ref. SAEB => 66.30.00.00112360-2	Não	Un	2,00				
7	ESPECTROFOTOMETRO ultravioleta visivel, operacao 190 a 1000 nm, fenda de 2 mm monocromador varredura ajustavel de 1`5 a 1000 nm-min, fonte de luz altamente estabilizada leitura de absorbancia % de transmissao e concentracao compartimentos de amostras:gerador	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
09/05/2022	09:30	27/04/2022	Assinatura
Fornecedor		Assistência Técnica	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>automatico para at, 06 amostras comandada por microprocessador interfacesn- saida para registrador X-Y, operacao 110/240 volts, 60Hz, 4 impressora e registrador grafico.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.30.19.00003423-1</p> <p>REFRATOMETRO, portatil, manual, para analise de salinidade de agua, precisao de 0 a 100%, com faixa de compensacao de temperatura automatica de 10 a 30° C, resolucao de 1%.</p>	Não	Un	1,00				
9	<p>>> Ref. SAEB => 66.30.20.00006125-5</p> <p>MANTA, uso laboratorial , de aquecimento para balao, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilacao, 110 V, capacidade 250 ml.</p>	Não	Un	11,00				
10	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00028574-9</p> <p>PHMETRO, portatil, de bolso, com: - eletrodo e cabo, para medicoes de pH durante coleta de amostras - faixa de medicao 0,00 a 14,00 pH, reprodutibilidade de +/- 0,2 pH, precisao de +/- 0,2 pH, resolucao de 0,01 pH - calibracao manual em dois pontos - temperatura de uso entre 0 e 50 graus C - funcionamento com pilhas de 1,4 volts - acompanha o equipamento: solucoes tampao de valores de reconhecimento do pH metro (pH 4,0 e pH 7,0), chave para calibracao, manual de instrucoes, eletrodo combinado de plastico com cabo de 100 cm, coneccao para eletrodo tipo BNC.</p>	Não	Un	13,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
11	Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00041452-2 DEIONIZADOR de agua, capacidade 100 l/h, tensao 220 volts. Embalagem com dados de identificaca do produto e marca do fabricante.	Não	Un	1,00				
12	Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00050396-7 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com: - estrutura externa em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aco inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta); - sistema bivolt (110 e 220 volts); - cabo de forza com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra); - prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno; - dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm; - manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8	Não	Un	7,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
13	AGITADOR, de peneira, eletromagnetico, diametro minimo de 8 x 2" de altura, com timer e desligador automatico de ate 30 minutos, capacidade minima para 06 peneiras, acompanhado de uma tampa e fundo, reostato para controle de vibracoes, com regulagem automatica, 300W, 60hz, fus. 3, tensao bivolt, garantia minima do fabricante de 01 ano. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00056130-4	Não	Un	2,00				
14	AGITADOR, magnetico, com aquecedor 230V, alcance de velocidade 2000 rpm, temperatura maxima 340 graus C, tamanho da chapa aquecedora minima de 125 mm de diametro, volume minimo de 05 litros, potencia de aquecimento minimo de 400W, dimensoes minimas de 168 x 220 x 105 mm, peso minimo 2,5 kg. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00056131-2	Não	Un	13,00				
15	DESTILADOR, para determinacao de Nitrogenio, tipo Kjeldhal, gabinete em aco inox, caldeira com capacidade minima de 2 litros, controlador de temperatura eletronico, enchimento semi-automatico, com indicado de nivel e aquecimento, com sistema de seguranca de caldeira, tensao 220 volts, acompanha manual de instrucao e certificado de garantia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00067752-3	Não	Un	1,00				
16	INCUBADORA, para BOD (Demanda Biologica de Oxigenio). Com as seguintes caracteristicas: - Estrutura em gabinete em aco, tipo geladeira;	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
17	<p>- Controle de temperatura digital microprocessado; - Temperatura de trabalho variando entre -10 a 60 graus centígrafos; - Controle de umidade através de reservatório interno; - Termostato mecânico para proteção contra sobreaquecimento; - Compressor de no mínimo 1/6 HP; - Potência mínima de 360 watts; - Volume mínimo de 330 litros - Bivolt(110 e 220 volts)</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00068143-1</p> <p>PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratório; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; calibração automática das soluções buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus Celsius: 0 a 100 graus Celsius; resolução: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aço inox podendo-se usar o equipamento como termômetro de 0 a 100 graus Celsius, com resolução de 0,1 graus Celsius; display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impede erros de utilização; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solução; compensação automática ou manual; gabinete em plástico abs, livre de corrosão; saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentação 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referência interna KCl 3M + AgCl para medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operações em português, garantia mínima de dois anos.</p>	Não	Un	4,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
18	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00069323-5 ESTUFA, de secagem com circulacao e renovacao de ar. Com as seguintes características: - Capacidade entre 200 a 350 litros; - Temperatura máxima entre 150 a 250° C; - Temperatura mínima entre 5 a 10° C; - Com no mínimo 3(tres) prateleiras em aço; - 1(uma) porta - Tensao 220 volts	Não	Un	2,00				
19	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00069340-5 CAPELA, de exaustao, para manipulacao de produtos quimicos, composta por: tampo em ceramica antiacida e miolo em compensado tipo naval de no minimo 20mm com bordas anti-derramamento, box e chicanas em aço inoxidavel AISI 304/ AISI-316 polido, com cantos arredondados sem emendas, com dimensoes minimas de 1200 x 800 x 2900 mm., com sistema de lavagem de dutos, curvas, chicanas e box para evitar acumulo de residuos perigosos, exaustor centrifugo fabricado em poliuterano rigido, potencia do motor de 1/2 HP, capacidade de exaustao minima de 25m³/min, tensao bivolt Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Não	Un	3,00				
20	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00069637-4 CHAPA, aquecedora, plataforma de aquecimento em aluminio com dimensoes minimas de 400 x	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
21	300 mm. - Gabinete em aço, tratamento anti-corrosivo . - Temperatura com controlador eletrônico. - Faixa de trabalho ambiente mínima 400 oC - Dimensoes minimas 400 x 320 x 150mm - Tensao 220 volts. - Garantia minima de 01 ano - Embalagem com os dados do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00071230-2 INCUBADORA, de bancada shaker, com sistema de circulacao forçado de ar quente, agitacao orbital . Plataforma de agitacao intercambiavel com varias opcoes de volume e quantidade de frasco e painel em policarbonato com indicacoes de funcoes. Construida em aço inox . Faixa de temperatura aproximadamente 5 a 60° c .e controle de velocidade aproximado de 20 a 240 rpm com sistema de circulacao forçado de ar quente.	Não	Un	1,00				
22	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00097209-6 BANHO MARIA, termostatzado, capacidade 12 litros Com as seguintes caracteristicas: - Alcance de temperatura: de ambiente a 100 graus C - Uniformidade: +/- 0,2 graus C a 37 graus C - Material da camara: aço inoxidavel - Bivolt(110 e 220 V)	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
23	- Tampa em aço inoxidável e termômetro de vidro. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante e ter garantia mínima de dois anos Ref. SAEB => 66.40.00.00103404-9 EXTRATOR, uso laboratorial, tipo soxhlet, em vidro, com junta superior de 45/50, balão com fundo redondo capacidade 1000ml, com junta 24/40. - Gravagem permanente. Embalagem com dados de identificação do produto e nome do fabricante.	Não	Un	7,00				
24	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00112280-0 BLOCO, digestor, uso laboratorial, em alumínio fundido, com 40 orifícios com profundidade de 45 mm, caixa externa em aço inox, isolamento em fibra cerâmica, resistência blindada com potência de 2000 watts, capacidade para 40 provas simultâneas atuarem em tubos de ensaio de 25 x 250 mm, controlador de temperatura, sensor de temperatura, leitura digital do processo, faixa de trabalho até 450° c, 2200 watts, tensão 220 volts. Manual de instruções e Certificado de Garantia; Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Não	Un	3,00				
25	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140133-5 AUTOCLAVE, uso laboratorial, vertical, com pedal, caldeira em aço inoxidável AISI 304, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, gabinete em chapa de aço 1020, acabamento epóxi, guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal, manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm ² , correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável,	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
26	resistencia em niquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza, painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, medio e maximo), lampada piloto para indicar aparelho ligado e instrucoes de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES, pressao de trabalho regulavel de 1,0 a 1,5 kgf/cm2, temperatura maxima de trabalho 127oC, capacidade minima 75 litros, tensao 220 volts, potencia 4000 walts, contedo manual do fabricante e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00140136-0	Não	Un	1,00				
27	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140181-5 EVAPORADOR, rotativo, base robusta e estavel que completa segurança ao operador, com comandos embutidos na base do aparelho, controle eletrônico da velocidade de rotacao entre 10 e 120 rpm, sistema articulado da facil manuseio para levantamento rapido do conjunto, movimento articulado de 10 cm na elevacao e giratorio de 360 C, banho maria incorporado na base com termostato bulbo capilar em inox, temperatura do banho entre 30C e 120C, condensador em vidro borosilicato reforçado com grande area de evaporacao, serpentina dupla, balao de evaporacao em borosilicato de junta esmerilhada 24/40, tipo pera com capacidade para 1 litro, com juntas 24/40	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
28	esmerilhada, pincas dos baloes em material plastico, cabo de forca com dupla isolacao e plug 3 pinos, 2 fases e 1 terra, atendendo a nova norma da ABNT NBR 14136, volts 220v, watts 1000w. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00023377-3 MANTA, uso laboratorial, de aquecimento para balao, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilacao, 220 volts, potencia 200W, capacidade 1000 ml.	Não	Un	1,00				
29	>> Ref. SAEB => 66.40.11.00023383-8 MANTA, uso laboratorial, de aquecimento para balao, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilacao, 220 volts, potencia 200W, capacidade 500 ml.	Não	Un	3,00				
30	>> Ref. SAEB => 66.40.11.00023384-6 ESTUFA, para esterilizacao e secagem, com circulacao forcada de ar, 200°C, capacidade minimo de 470 litros e maxima de 480 litros, modelo de chao, porta unica ou dupla, controle de temperatura automatico microprocessado, com sistema Indicao Digital (Display LED), de quatro digitos; Sensor de temperatura resolucao de 0,1°C. Painel de controle Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botoes liga/desliga, para circulacao e aquecimento, resistencia de aquecimento por meio de resistencias tubulares blindadas e aletadas em aco carbono, sistema de Circulacao forcada de ar que garante perfeita homogeneizacao da temperatura, atraves de um rotor em aco inox e motor localizado fora da camara interna, temperatura regulavel de + 15°C a 200°C, estrutura interna em Chapa de aco inox AISI 430, com suportes para acomodacao de minimo de 1 e maximo de 5 prateleiras, estrutura	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
09/05/2022	09:30	27/04/2022	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
31	externa em Chapa de aco carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo, pes niveladores de uso em bancada, solucao termica em todas as laterais e portas. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00062589-2 CAPELA, para exaustao de gases com estrutura construida em fibra de vidro, com espessura de 3 mm de cor branca, com dimensoes de 150 x 130 x 70 cm (largura x altura x profundidade). Composta por porta frontal em acrilico cristal transparente com deslocamento vertical com contrapeso; dutos de exaustao em PVC rigido branco, diametro 200 mm; exaustor centrifugo 1/3 CV, protegido contra corrosao, capacidade de exaustao de 60 m3/min.; luminaria isolada IP 44, com lampada incandescente blindada. Interruptores para luminaria, exaustor e tomada de forca universal; dois bicos escalonados em latao 1/2", com registro para entrada de liquidos e gases: pia interna para liquidos com dreno. Com servico de instalacao.Tensao bivolts. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00008755-6	Não	Un	3,00				
32	AGITADOR, magnetico, sem aquecimento, capacidade de agitacao de ate 2 litros de substancias liquidas. O equipamento devera vir acompanhado da barra magnetica, do manual de operacao em portugues e de todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento. Garantia de doze meses. Alimentacao bivolt automatico ou de acordo com a tensao da unidade. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00113723-9	Não	Un	1,00				
33	AGITADOR, orbital, para agitacao e homogeneizacao de amostras em placas, tubos, frascos e	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
34	<p>erlenmeyers. O equipamento deve ter controle de velocidade ajustavel de ate 1500rpm; capacidade maxima de ate 9kg; temporizador de 0 em ate120 minutos ou no modo contínuo; temperatura de operacao de ate 65°C e possuir pes de borracha aderente. Deve ter alimentacao de acordo com a tensao da unidade; frequencia 50/60Hz e garantia de 1 ano. Deve vir acompanhado do manual de instrucoes em portgues.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00114417-0</p> <p>CENTRIFUGA, macro, com capacidade minima para 21 tubos de 10 a 15 ml, com as seguintes caracteristicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coroa angular de 45 graus - relógio de tempo de no minimo 01, 05, 10, 15 e 30 minutos programaveis - ajustes de velocidade linear no minimo ate 3.500 rpm <p>ACESSORIOS: Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portgues.</p> <p>ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada.</p> <p>GARANTIA</p>	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
35	<p>Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00115646-2</p> <p>FORNO, mufla com volume interno de 6.7 a 7 litros, com as seguintes caracteristicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Confecionado em chapa de aco; -Instalacao em bancada; -Volume interno de 6.7 a 7 litros; -Respiro frontal ou superior para eventual saida de gases e descompressao; -Temperatura de trabalho de 300°C (trezentos graus Celsius) a 1.200°C (mil e duzentos graus Celsius); - Possuir isolacao evitar aquecimento da parte exterior; -Possuir controlador de temperatura (termometro digital) com certificado de calibracao com selo RBC (Rede Brasileira de Calibracao); 	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>ALIMENTACAO ELETRICA</p> <p>Tensao de alimentacao do equipamento: 220V ou BiVolt</p> <p>ACESSORIOS:</p> <p>Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado;</p> <p>Devem ser entregues os manuais de operacao em portugues.</p> <p>GARANTIA</p> <p>Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 01 (um) ano a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade.</p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
36	<p>NORMALIZACAO: O equipamento deve estar de acordo com todas as legislacoes e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. Esta secretaria pode exigir, a qualquer momento, se julgar necessario, comprovacao de que o equipamento esta de acordo com norma ou legislacao vigente especifica do equipamento.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00115994-1</p> <p>MEDIDOR, de PH de solo, digital, 4 em 1: PH, temperatura e umidade do solo, intensidade da luz solar. Faixas de Medicao: PH: 3.5 a 9.0; Temperatura :-9 a 50°C. Display em LCD ou LED com luz de fundo (backlight), indicador de bateria fraca, desligamento automatico. Alimentacao: bateria 9V. Garantia: 6 meses</p>	Não	Un	1,00				
37	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00119369-4</p> <p>ESTUFA, de esterilizacao e secagem, com circulacao e renovacao de ar. Com as seguintes caracteristicas: - estrutura externa em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aco inoxidavel; - circulacao e renovacao de ar motorizada com ventoinhas; - suporte para termometro; - minimo de 2 prateleiras em aco pintada; - controlador de temperatura micro-processado PID, com indicacao digital de precisao aproximada de +/- 2°C; - temperatura de trabalho de ambiente a 200°C; Potencia de 1000W; - capacidade de 64 a 85 litros; - Tensao 220</p>	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
38	<p>volts; Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identificação do produto e manual.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00119571-9</p> <p>CABINE, de segurança biológica, de fluxo laminar, vertical, linha PCR, para trabalhos Classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ABNT NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-, com 100% de renovação do ar para o ambiente de trabalho, pré filtro classe G3 Sintético, filtro HEPA classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência DOP para partículas de 0,3 micron, construído em aço com tratamento anticorrosivo, base com rodízios giratórios, gabinete de trabalho em aço AISI 304 com dimensões internas de até 80 cm (largura) x 65 cm (profundidade) x 65 cm (altura), janela frontal de vidro temperado tipo guilhotina (sobe e desce), lâmpada UV e fluorescente internas. O equipamento deve possuir manômetro embutido. Quatro interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Sistema de Controle Digital com: Horímetro e Timer para lâmpada UV. Certificado (Validação) de conformidade e integridade do ar. Tensão de alimentação com fonte chaveada full range 0 a 240 volts, de modo automático ou, no caso de não ser automática esta conversão, que seja em acordo à unidade contemplada com o equipamento.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00120577-3</p>	Não	Un	1,00				
39	<p>PLACA, aquecedora, em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 18cm por 11cm altura, 980 W, 115 V ou 230 V, temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350 graus Centígrados, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa, construída</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
40	externamente em chapa de ferro tratado com pintura em epoxi eletrostatico resistente a produtos quimicamente corrosivos. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00120688-5 DIGESTOR, e destilador de proteínas, sistema completo para dosagem de nitrogenio total e proteínas em alimentos, pelo metodo de Kjeldhal, constituido por unidade digestora com scrubber (neutralizador de gases) e unidade destiladora com titulador colorimetrico integrado. A unidade digestora deve contar com controlador digital automatico, ajuste de rampas de temperatura pelo operador ou controle gradual de temperatura integrado ao equipamento; capacidade de digestao simultanea de pelo menos 08 amostras, em tubos de volume adequado para analises micro ou macro; protecao contra sobrecarga eletrica e superaquecimento; gabinete externo e controlador resistentes a corrosao; temperatura de trabalho que alcance pelo menos 400°C; unidade scrubber (neutralizador de gases) acoplado e totalmente compativel. A unidade destiladora deve ter controle totalmente automatizado e programavel para todas as etapas do processo (abastecimento da caldeira, aquecimento, dosagem de reagentes e agua, esvaziamento, limpeza); utilizacao de tubos para analise micro ou macro, desde que sejam totalmente compativeis com a unidade digestora; programacao de ciclos de tempo, de temperatura e de potencia/pressao de vapor; tubo de destilacao isolado em cabine protetora durante o procedimento; gabinete e estruturas internas resistentes a acao de alcalis e acidos; protecao contra superaquecimento, elevacao excessiva da pressao e derramamento de reagentes; titulador colorimetrico integrado ao equipamento, sem a necessidade de utilizacao de eletrodo. As unidades digestora com scrubber e destiladora com titulador colorimetrico devem ser totalmente compativeis entre si, funcionando sem a necessidade de aquisicao de equipamentos adicionais para promover a compatibilidade. Metodologia deve atender aos padroes analiticos internacionais vigentes (AOAC, ISO, entre outros). Voltagem: 220	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
41	V. Acessórios básicos para utilização inicial deverão estar inclusos (conjunto de tubos digestores adequados as operações, de volume e diâmetro compatíveis com ambas as unidades digestora e destiladora, galeria para tubos, adaptadores, cabos de força, etc). Manual de instruções e garantia de assistência mínima de um ano e instalação pelo fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00120781-4 EXTRATOR, de gordura, uso laboratorial, tipo soxhlet; operação totalmente automatizada em todas as etapas (aquecimento, imersão, extração, lavagem, resfriamento, recuperação do solvente), através de programação prévia; capacidade mínima de 06 provas simultâneas com possibilidade de controle independente de cada posição; capacidade de cálculos automáticos e armazenamento de resultados na memória do equipamento; provido de todos os acessórios necessários a execução da análise (copos, cartuchos, etc); recuperação de solvente superior a 90%; metodologia deve atender aos padrões analíticos internacionais vigentes (AOAC, ISO), com as adaptações pertinentes para redução do consumo de solvente e redução do tempo de extração; voltagem 110 V ou 220 V ou bivolt; manual de instruções e garantia de assistência mínima de um ano e instalação pelo fabricante.	Não	Un	6,00				
42	>> Ref. SAEB => 66.40.19.00120782-2 BANHO MARIA, digital, para uso universal em laboratório; temperatura ajustável através de termostato eletrônico com excelente precisão; com mostradores digitais (display) para temperatura e tempo; faixa de temperatura: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C (aferrido em 37° e 56°); resolução de 0,1°C, sensibilidade de mais ou menos 0,3°C graus, com volume nominal de 28	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
43	litros; cuba em inox sem emendas ou soldas, com cantos arredondados, para evitar incrustacoes e facilitar a limpeza e tampa pingadeira concentrica, para evitar respingos; resistencia de aquecimento construida em aco inox, tubular e blindada; painel em policarbonato com lampadas indicadoras de funcoes e chaves; gabinete metalico e pintura especial, com tratamento anticorrosivo; tampa em aco inoxidavel lisa; alimentacao em rede de 127V ou 220V; manual de instrucoes em portugues e termo de garantia. Ref. SAEB => 66.40.20.00013553-4	Não	Un	21,00				
44	MICROSCOPIO, biologico, binocular, objetivas planacromaticas 4x/10x40x/100x, revolver porta-objetivas 4 posicoes e diafragma de campo incorporado, voltagem automatica 100 ~240v 50/60 Hz. Tubo de observação binocular. Par ocular de 10x (20mm), de campo amplo e ponto focal alto, numero de campo F.N. 20, 25mm de diametro de fixas no tubo de observacao, lampada halogena 6v/30w. Ref. SAEB => 66.50.00.00068390-6	Não	Un	5,00				
	Com as seguintes características: - Com estativa composta de base e coluna de design ergometrico. - Todas as partes estruturais metalicas. - Revolver invertido para 04 objetivas planacromaticas 4x, 10x, 40x, 100x imersao e retratil. - Sistema de optica infinita. - Um par de oculares de 10x, com campo amplo de 20mm, com movimento 180° para as oculares,com ajuste interpupilar de 48 a 75mm. - Ajuste para diferentes dioptrias para as duas oculares. - Macro e micrometrico com ajuste de tensao e com controle do charriot. - Ajuste independente do macro micrometrico coaxial com ajuste fino de 0,2mm por rotacao e							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
45	<p>curso 37,7mm. - Charriot que permite colocacao de duas laminas, com movimento cruzado em x e y. - Platina fixa, com trava de seguranca que evita a quebra de laminas. - Iluminacao halogena controlada por placa eletronica 6 volts/ 30 watts, com iluminador e refletor. - Condensador movel e centralizavel tipo abbe 1,25NA, com diafragma de campo para regulagem da iluminacao Koehler de iris e filtro azul. - Bivolt (110 e 220 volts), 50/60hz. - Manual de instrucoes. - Capa de protecao com tratamento anti-fungico. - Oleo de imersao. - Lampada reserva. - Registro na ANVISA e certificado de boas praticas de fabricacao e armazenamento da ANVISA. - Garantia minima de 01 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00105642-5</p> <p>MICROSCOPIO, biologico, binocular, com optica infinita e objetivas planocromaticas, com as seguintes caracteristicas: - Com Iluminacao LED embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa. - Oculares de grande campo WF 10x/20mm e WF 20x/20mm - Condensador Abbe pre-centrado, para uso em campo claro equipado com diafragma iris, abertura ajustavel. - Revolver para quatro objetivas. Jogo de objetivas planacromaticas com correcao infinita, corpo metalico e lentes de cristal, incluindo;</p>	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
46	<p>- Objetiva planacromatica de 4x; - Objetiva planacromatica de 10x; - Objetiva planacromatica de 40; - Objetiva planacromatica de 100x/1.25 retratil (imersao a oleo); - Frasco de oleo de imersao (10ml). - Alimentacao com voltagem variavel de 110/220- 50/60 Hz. Manual de operacao e capa de protecao. - Equipado com Camara Clara para microscopio, possibilitando a visualizacao da superficie de desenho.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00134243-6</p> <p>LUPA, binocular, cabeca giratória, com aumento minimo de 80x, tubo binocular inclinado com angulacao minima de 30º, graduacao de distancia interpupilar de 55 mm ou menor a 75 mm, iluminacao a led 3W com intensidade regulavel e sem emissao de calor infravermelho, oculares WF de 10x e 20x. Ajuste de dioptria: +/-5. Base que possibilite boa estabilidade. Estativa em metal com comandos para focalizacao. Pintura eletrostatica de alta durabilidade. Deve ter trava mecanica para protecao contra acidente quebra de lamina. Alimentacao: bivolt automatico 127/220V (60Hz). Certificado de boas praticas de armazenamento e distribuicao. No periodo de garantia dos equipamentos devem ser assegurados os servicos de assistencia tecnica, prestada diretamente no Estado da Bahia.</p> <p>>></p>	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
47	Ref. SAEB => 66.50.19.00113478-7 BALANÇA, eletrônica, antropométrica, capacidade 200 kg, regua com escala entre 1 e 2m, display a partir de 5 dígitos, plataforma com tapete em borracha anti-derrapante, pes com ajustes reguláveis, bivolt(110 e 220 volts) garantia mínima 12 meses.	Não	Un	2,00				
48	>> Ref. SAEB => 66.70.00.00090422-8 BALANCA, eletrônica, capacidade máxima 30 (trinta) kg; Com as seguintes características: - Capacidade mínima 100 (cem) gramas; - Divisões de 5 (cinco) gramas; - Tara máxima de 30 (trinta) kg; - Prato de pesagem em aço inox com rampas de acesso; - Equipada com Display indicador de peso remoto em LCD com o mínimo de 5 (cinco) dígitos; - Tecla de Tara e Zero; - Indicador de equipamento ligado; - Indicador luminoso de Tara memorizada; - Interface serial para conexão a CPU, no padrão RS-232-C; - Equipado com cabo de conexão a CPU do PDV, no padrão RS-232-C, com conector DB9 fêmea; - Fonte de alimentação bivolt(110 e 220 volts), com chave de seleção automática ou manual; - Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses prestada no estado da Bahia. O instrumento de pesagem não automática deverá conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificação inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
49	<p>Ref. SAEB => 66.70.00.00159626-8</p> <p>BALANCA, analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga maxima de 200 a 210 gramas - Precisão 0, 1mg (quatro casas decimais) - Desvio Padrao: ± 0,1mg - Tempo de estabilizacao: minimo de 5s - Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C - Compartilhamento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior - Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada - Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade) <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensao de trabalho bivolt (110 e 220 volts) (com tolerancia de +/- 10%), 50/60 Hz. Toda balanca de pesagem não automatica deve ter modelo aprovado pelo Inmetro e etiqueta de verificacao inicial. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s). 	Não	Un	3,00				
50	<p>>></p> <p>Ref. SAEB => 66.70.00.00159638-1</p> <p>BALANCA, Semi-Analitica 620g, com as seguintes caracteristicas tecnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga Maxima: 620g, Resolucao: 0,001 g, Repetitividade: 0,001 g, Linearidade: 0,002 g Tempo de Resposta: (media) 1 s, Peso minimo conforme erro 1% e s=2 : 200 mg, Peso minimo conforme Farmacopeia Americana (USP): 3 g, Diametro do Prato: 115 mm, incluir maleta, cabos e 	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

09/05/2022

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/04/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
51	bateria, Dimensoes (L x P x A) mm: 230 x 303 x 136, Peso Liquido: 3,6 Kg, Voltagem: 100 - 240 V 50/60 Hz. Garantia minima de 24(vinte e quatro) meses com manutencao onsite. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s). >> Ref. SAEB => 66.70.00.00159666-7 BALANCA, analitica, com as seguintes caracteristicas: - Minimo 5 digitos decimais (0,00001g), - Amplo visor LCD, - Dimensoes de prato de pesagem Ø: minimo de 80 mm. - Temperatura ambiente admissivel minima: 10 °C a 30 °C. - Gama de pesagem: minimo de 210g, - Leitura [d] MG 0,01 - Carga min. [Min] mg 1.- Reprodutibilidade: 0,05-0,01 mg - Linearidade: ± 0,15 mg/± 0,3. Deve acompanhar manual de instrucoes. Garantia minima de 12 meses. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s). >> Ref. SAEB => 66.70.00.00159670-5	Não	Un	1,00				
52	DESTILADOR, de agua, tipo pilsen, capacidade 5 l/h, com automatico, 220 Volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.95.11.00004953-0 OBSERVAÇÃO PARA O PCT	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	09/05/2022 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/04/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE011/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) Lote 001 - Itens de 01 a 08; Lote 002 - Itens de 09 a 26; Lote 003 - Itens de 27 a 32 e 34 a 42; Lote 004 - Itens de 43 a 46 e 52; Lote 005 - Itens de 47 a 51.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
09/05/2022	09:30	27/04/2022	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo