



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	KIT, pulverizador a CO2 para pesquisa agricola; - 01 barra de 4 ou 6 bicos, espacamento de 50cm e conexao.(SEMI ANTI-GOTEJO) - 01 Cilindro de aluminio minimo de 2kg para CO2. - 01 Regulador de pressao para CO2. - 01 Suporte de Cilindro para CO2. - 01 Kit lanca para pulverizador de CO2.(SEM MANOMETRO) - 01 Pescador para pulverizador de CO2, com valvula de seguranca. >> Ref. SAEB => 37.40.00.00160500-3	Não	Un	4,00				
2	SILO, para armazenamento de graos e farelados, do tipo fundo conico, na posicao vertical, com tres aneis, diâmetro minimo de 3,63 metros, montado com chapa de aco galvanizado corrugada e aparafusada, mecanismos de reforco anti-corrosao e parafusos resistentes, cone funil de 45 a 60 graus, tampa com no minimo 30 graus, estrutura de sustentacao metalica com oito pes de apoio, capacidade minima de armazenamento de 30 toneladas para produtos com densidade a partir de 0,65 ton/m³, sistema de aeracao com pelo menos um ventilador com motorizacao minima de 3,0 CV. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Garantia minima de 02 anos. >> Ref. SAEB => 54.30.11.00067781-7	Não	Un	1,00				
3	NOBREAK, potencia nominal minima de 5 KVA, e: - Dupla conversao - Tensao de entrada bivolt (110 e 220 volts) - Tensao de saida bivolt (115 e 220 volts), ajustavel	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
11/06/2019 10:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	29/05/2019	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor	
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	- Frequencia de entrada 60 Hz 2% - Regulacao estatica de tensao de saida diferente de 2% (com ou sem rede) - Frequencia de saida de 60 Hz diferente de 0,5% - Tempo de comutacao: 0 (zero) - Variacao com rede: em sincronismo - Variacao sem rede: diferente de 0,5% - Forma de onda: senoidal - Distorcao harmonica maxima 1 % - Sistema de ""By-Pass"" automatico estabilizado, com tempo de comutacao zero - Banco de baterias: monobloco selado, tipo livres de manutencao e emissao de gas, alojado dentro do No-Break, autonomia minima de 40 minutos, rendimento: a 85% na saida do inversor, rendimento global CA/CA: maior que 90%, fator de potencia 0,8%, interface de comunicacao RS 232-C, desligamento remoto via RS 232 e contatos secos, disjuntor de baterias. - Sensor de temperatura - Placa que possibilite o gerenciamento de no minimo 09(nove) computadores pelo mesmo No-break - Capacidade de gerenciar durante o tempo que cada equipamento ficara ligado durante a falta de energia, possibilitando maior autonomia para os computadores com os servicos mais criticos - Suporte para bateria externa - Sensor de temperatura - Suporte ao envio de e-mail - Software de gerenciamento compativel com LINUX RED HAT, WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS 2008 SERVER e WINDOWS 2012 SERVER. Garantia do fabricante minima de 02 (dois) anos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s)norma(s) ABNT vigente(s) e sua (s) legislacao (s) correlacionada (s).							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
11/06/2019 10:30		29/05/2019	
Apresentar		Assinatura	
☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	>> Ref. SAEB => 61.10.00.00158149-0 FORNO, mufla, por microondas, 220 volts, temperatura maxima de trabalho ate 1000 °C, tempo de programacao minimo de 100 horas, controle de temperatura a cada 1 °C, potencia minima da fonte geradora 900 watts, potencia util dentro da camara 1700 wats, dimensoes internas minimas de 240 mm comprimento, 160 mm largura, 90 mm altura, garantia minima de 01 ano, manual de operacoes, certificado de calibracao com validade minima de 12 meses.	Não	Un	1,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.11.00005094-6 CAPELA, de fluxo laminar vertical de bancada de classe 100, conforme ABNT NBR 13.000, com 100% de recirculacao de ar, dimensoes internas: 1266 x 652 x 652mm, filtros: HEPA 220 volts. Embalagem com dados e informacoes do produto e garantia minima de 12 (doze) meses	Não	Un	1,00				
6	>> Ref. SAEB => 66.40.11.00032668-2 CENTRIFUGA, de rotina, de bancada refrigerada, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 4 x 600 ml. -Microprocessada -Velocidade/ Rotacao maxima: 15.000 rpm com incrementos de 10. -Velocidade ajustavel de 500 a 15.000 rpm. -FCR maxima: 24.400 xg, com incrementos de 1xg. -Controle de temperatura: -20°C a + 40°C, com modo standby by para resfriamento. -Programa "Prec" para pre- resfriamento, que permite que a camara de centrifugacao seja pre-resfriada antes de receber o rotor com as amostras.	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
11/06/2019 10:30		29/05/2019	
Apresentar		Assinatura	
☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	-Protecao contra gotejamento da tampa. -Display de facil operacao. -Timer para programacao de tempo: entrada de tempo em horas, minutos e segundos: max: 99h: 59 min: 59s ou operacao continua. -Tecla IMPULSE para ciclos de centrifugacoes curtas e rapidas. -Controles e displays ergonomicos. -Visor na tampa para acompanhamento do ciclo de centrifugacao. -Sistema de travamento e abertura da tampa eficiente e pratico (abertura da tampa usando apenas uma mao). -Estrutura externa e tampa de metal que oferece estabilidade no processo de centrifugacao -Sensor para desbalanceamento com interrupcao automatica. -Camara de centrifugacao e superficie interna da tampa em aco- inox. -Adicional estrutura metalica ao redor da camara de centrifugacao. -Rotores intercambiaveis de facil colocacao, aceita 8 tipos de rotores para as mais variadas aplicacoes. -Reconhecimento automatico de rotores. -Tampa com trava automatica, abrindo somente apos o termino da centrifugacao. -Dispositivo para abertura da tampa em caso de emergencia. -Centrifugacoes suaves e silenciosas. -Parametros de centrifugacao podem ser alterados durante o ciclo de centrifugacao. -Motor/Drive por inducao magnetica com frequencia controlada, livre de escovas e manutencao. -ISO 9001: 2000. -Memoria para 99 programas de centrifugacao completos com recall. -Protecao contra super aquecimento do motor e da cuba de centrifugacao. -Largo display digital para visualizacao de parametros de centrifugacao: velocidade em rpm, forca centrifuga maxima em "g", valor da temperatura, tempo de centrifugacao, taxas de aceleracao e							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
11/06/2019 10:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	29/05/2019	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	desaceleracao e valor do raio, em tempo real, durante o ciclo de centrifugacao. Todos estes parametros sao selecionaveis pelo operador. -Parametros de centrifugacao selecionados sao memorizados mesmo que a centrifuga seja desligada. -Entrando o valor do raio, a centrifuga calcula e indica o valor de RPM ou FCR correspondentes. -Nivel de ruido: abaixo dos 52 dB. -Rampas de aceleracao e desaceleracao programaveis em niveis de 1-10, recurso adequado para amostras sensiveis. -Desaceleracao com freio ou sem freio. -Radio interferencia: EN 55011 grupo 1, classe B e EN 61000-3-3. -Imunidade eletrica: EN 61000-6-1 -Frequencia: 50-60 Hz -Consumo: 1500VA -Operacao: 100- 127 V 1 ~ -Dimensoes: 423 x 713 x 654 mm (H x W x D) -Peso: 106.5 Kg Contendo: - 01 Rotor modelo angulo fixo, com tampa, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 30 x 1.5/2.0 ml -Velocidade ou rotacao maxima: 15.000 rpm. -Forca centrifuga maxima (FCR): 24.400 xg. -Raio: 97 mm. -Autoclavavel. -Tampa metalica que sela o rotor contra aerossóis, adequada para manipulação de amostras de risco biologicoem conformidade com DIN EN 61010, secao 2-020. (Bio - containment). -Com o uso de adaptadores acomoda tubos de: 0.2, 0.4, 0.5, 0.8 e 1.5/2.0ml -Tempo para aceleracao maxima: 19 segundos.							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

11/06/2019

10:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

29/05/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	-Tempo para desaceleracao maxima com freio: 24 segundos. -Tempo para desaceleracao maxima sem freio: 520 segundos. - 05 Adaptador para microtubos de 1.5 ml, com as seguintes especificacoes tecnicas: - Capacidade: 1 adaptador acomoda 1 microtubo 1.5 ml - Embalagem com 6 unidades. - 01 Rotor modelo swing - out (horizontal) com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 4 x 600 ml. -4 posicoes -Velocidade maxima: 4.500 rpm. -Valor do raio do rotor conforme o tamanho da cacapa e adaptador instalados. -Forca Centrifuga maxima (FCR): 4.166 xg. -Com a troca de adaptadores acomoda desde microtubos de 1.5/2.0 ml a frascos de ate 600 ml. -Aceita tambem cacapa para acomodar microplacas ou placas de microtitulacao de todos os modelos. -Acomoda 4 caçapas - 04 Cacapa ou suspensao, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Estrutura metalica. -Usada em rotor modelo swing- out. -Aceita tubos de diversos tamanhos dede microtubos a frasco de 600 ml. -Cacapa autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador para tubo de 100 ml, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Usado com a cacapa ref.: 4750 e rotor ref.: 4723. -Capacidade: 1 adaptador acomoda 3 tubo de 100 ml fundo redondo -Total de tubos por rotor: 12 x 100 ml. -Embalagem: 1 unidade							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
11/06/2019 10:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	29/05/2019	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	- 04 Adaptador para tubo de 50 ml com as seguintes especificacoes tecnicas: -Usado com cacapa: 4750. -Capacidade: 1 adaptador acomoda 5 tubos. -Dimensoes do tubo: 29 x 115 mm (diametro x altura). -Velocidade maximas atingidas com estes adaptadores: 4143xg/4500rpm. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador para tubo Falcon de 15 ml com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 1 adaptador acomoda 13 x 15 ml. -Dimensoes do tubo: 17 x 120 mm (diametro x comprimento). -Velocidades maximas atingidas com este adaptador: 4166xg/4500rpm. -Valor do raio do rotor quando usa este adaptador: 184 mm. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador ou suspensao para microplacas com as seguintes especificacoes tecnicas: -Usado com rotor 4723 -Capacidade: 16 microplacas MTP (com 96 wells) ou 12 microplacas CP (para cultura celular) ou 4 microplacas DWP ou 4 microplacas MS, ou 8 microplacas Microtest (Terasak) ou 4 microplacas PCR- 96 pocos ou ainda 48 x 8 PCR- trips. As microplacas sao dispostas no rotor de forma empilhada uma sobre a outra. -Velocidade maxima atingida com este adaptador de microplacas: 4.500 rpm/3.600 xg. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade. - 01 Rotor modelo swing - out, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 4 x 250 ml. -Velocidade maxima: 4.000 rpm.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
11/06/2019 10:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	29/05/2019	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	-Forca centrifuga maxima (FCR): 3.095xg -4 posicoes ou 4 buckets. -Aceita varios tipos de bucket e adaptadores. - 04 Cacapa para rotor swing - out com as seguintes informacoes tecnicas: - Cacapa em estrutura metalica e formato quadrado - Acomoda varios modelos de adaptadores para os mais variados tamanhos de tubos e frascos. - Embalagem: 1 unidade. - 04 Suspensao para dois slide carriers Usado com a cacapa de metal 5051. Pode ser utilizado nos modelos: Rotina 380, Rotina 420 e Rotanta 460. - 08 Suporte slide com as seguintes especificacoes tecnicas: -Contem 1 adaptador em formato de anel -Usada com 1 cito camara ou funil. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 01 Cito camara ou funil da com as seguintes especificacoes tecnicas: -Estrutura em polipropileno (PP). -Capacidade maxima: 1 amostra contendo 1 ml de volume. -Dimensoes: diametro 6.2 mm e 30 mm quadrados de area -Inclui selante -Embalagem: pacote com 100 unidades - Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
11/06/2019 10:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	29/05/2019	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000849-4 AUTOCLAVE, de experimento para uso em laboratorios, com as seguintes características: - Capacidade de 50 litros, - Controle microprocessado, com display digital, - 12 programas de operacao pre-ajustados, possibilitando tambem programacao configurados pelo proprio usuario. - Camara em aço inox, - Pressao maxima de 2,4 kgf/cm2 (34,14 PSI) - Temperatura de esterilizacao de 115°C a 135°C, - Temporização de esterilizacao: 1 minuto a 5 horas, - Temporizador de programas para 1 semana - Dispositivos de seguranca: Valvula de seguranca de pressao, limitador de sobre-temperatura, limitador de queimaduras, trava de porta, limitador de sobre-pressão e fusivel de protecao. - Dimensoes internas: Diametro 37 cm x profundidade 41.5 cm. - Dimensoes externas: 47,8 cm (largura) x 74,8 cm (altura) x 63,2 cm (profundidade) - Alimentacao: 120V / 60Hz - Peso: 61kg - Acompanha 2 cestos em aço inox - Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005. >>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
11/06/2019 10:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	29/05/2019	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE018/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Ref. SAEB => 66.40.28.00001252-1 OBSERVAÇÃO PARA O PCT "RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) ATENÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO CORRETO DA PROPOSTA DE PREÇOS - VIDE EDITAL Licitacoes-e 767688 07 LOTES							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

11/06/2019

10:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

29/05/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo