



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE031/2019
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	<p>APARELHO, de raio X, odontologico, de parede, digital, braco articulavel com movimentacao vertical e horizontal, proporcionando suavidade nos movimentos e facilidade de posicionamento.</p> <p>- N° de fases: Monofadico</p> <p>- Tipo de corrente AC (alternada)</p> <p>- Corrente maxima do Tubo (media): 7ma (p/max. tensao no tubo rVp medio)</p> <p>- kVp (media) do Pico do Feixe: 70 kVp 10%</p> <p>- Fusiveis: F1 e F2 - 15 A acao rapida, F3 - 0,2 A acao rapida</p> <p>- Filtracao total: 3,81 mm AI</p> <p>- Altura: 33,50 cm</p> <p>- Largura: 41,00 cm</p> <p>- Comprimento: 123,50</p> <p>- Tensao: 127/220 volts em 50/60Hz</p> <p>- Certificado de acordo com o regulamento estabelecido pelo INMETRO, em conformidade com as Normas Tecnicas: NBR IEC 60601-1/97; IEC 60601-1-3/94; IEC 60601-2-32/94, que visam a qualidade e a seguranga dos aparelhos.</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 65.25.25.00000278-0</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Para o correto preenchimento da proposta de preços, vide o edital e seus aexos.</p>	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
17/09/2019	09:30	04/09/2019	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo