



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	<p>FREEZER, vertical com as seguintes características mínimas: -Com capacidade líquida mínima de 220 litros; -Com sistema de termostato com temperatura -16 graus Celsius ou menor (mais frio); -Gavetas ou Prateleiras deslizantes; -Termometro de máxima e mínima; -Congelamento rápido, -Degelo automático; -Iluminação interna;</p> <p>ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: 220v. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade.</p> <p>ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado da Bahia (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o cronograma que é recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/09/2022 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	16/09/2022
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
2	>> Ref. SAEB => 41.10.00.00163218-3 REFRIGERADOR, capacidade do volume interno minima 240 litros, tensao 220 V, na cor branca, com prateleiras para ovos e laticinios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas e carnes, congelador tipo degelo, lampada interna, agentes de expansao da espuma de isolacao termica em gas ciclo/isopentano. Consumo maximo 24,0 kWh/mes. Rotulagem contendo, selo PROCEL com classificacao do Inmetro de Eficiencia Energetica A, nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.	Não	Un	1,00				
3	>> Ref. SAEB => 41.10.00.00169189-9 INCUBADORA, tipo BOD, com fotoperiodo, microprocessada com iluminacao interna para fotoperiodo e duplo controle de temperatura, volume interno de 320 litros, para ser usada como camara de germinacao, camara climatica para testes diversos, camara para entomologia, fitopatologia, etc, duplo controle de temperatura digital microprocessada PID, para simulacao de duas temperaturas (dia/noite), sensibilidade de 0,1 graus C e exatidao interna de 0,3 graus C e set point de ajuste de seguranca contra resfriamento e aquecimento com desligamento automatico, programador horario para 24 horas para fotoperiodo, programador horario para 24 horas para	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
30/09/2022 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	16/09/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF
				Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	<p>alternancia da temperatura, lampada (4) fluorescente 15 W instaladas internamente na porta, faixa de trabalho de 0 a 60 grausC, painel em policarbonato com indicações de funcoes, sistema de ventilação interna com ar forçado quente e frio, gabinete com isolamento termico em poliuretano expandido nas paredes e na porta, com 11 suporte para prateleiras (acompanham 2 prateleiras), dimensoes externas 1700 x 600 x 600, alimentacao 220 volts, 60 Hz, 1200 Watts. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestado no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00068309-4</p> <p>PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratorio; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool; calibracao automatica das solucoes buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus Celsius: 0 a 100 graus Celsius; resolucao: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aco inox podendo-se usar o equipamento como termometro de 0 a 100 graus Celsius, com resolucao de 0,1 graus Celsius; display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impede erros de utilizacao; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solucao; compensacao automatica ou manual; gabinete em plastico abs, livre de corrosao; saida para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentacao 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referencia interna KCl 3M + AgCl para medicao de pH em solucoes aquosas, sensor de temperatura em aco inox, solucoes tampao frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operacoes em portuque, garantia minima de dois anos.</p> <p>>></p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
30/09/2022 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	16/09/2022	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	Ref. SAEB => 66.40.00.00069323-5 CENTRIFUGA, de bancada, microprocessada, digital, com controle de rotacao, interna em aco inoxidavel, sistema com trava, capacidade volumetrica para 20 tubos de 10ml, 20 tubos de 15ml e 04 tubos de 50 ml, tensao 220 volts ou bivolt, potencia minima de 1000 watts, velocidade minima de 3.500 rpm. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.	Não	Un	1,00				
6	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00112460-9 AGITADOR, uso laboratorial, magnetico, com aquecimento, capacidade 04 litros, placa com 14cm de diametro, velocidade de agitacao de 80 a 1500rpm, controles individuais de agitacao e aquecimento, tensao 220 volts.	Não	Un	1,00				
7	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00139994-2 AGITADOR, de tubos, tipo vortex, motor até 3800 rpm, 220 volts, agitador p/tubos de centrifugacao de 0,5 a 50 ml, manual de instrucoes e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.	Não	Un	1,00				
8	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140181-5 ESTUFA, uso laboratorial, de esterelizacao e secagem, com circulacao e renovacao de ar, com as seguintes caracteristicas:- estrutura externa em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico;- camara interna em aço inoxidavel;- circulacao e renovacao de ar motorizada com ventoinhas tipo	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/09/2022

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/09/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
9	Siroco;- suporte para termometro ;- 5 prateleiras em aco pintadas; - controlador de temperatura microprocessador PID, com indicacao digital de precisao de +/- 1°C;- temperatura de trabalho de ambiente 7°C a 200°C; - 4 rodizios, sendo 2 com travas; - capacidade de 480 litros;- consumo minimo de 3000w;- alimentacao: bivolt 110/220volts >> Ref. SAEB => 66.40.11.00028476-9 AGITADOR, para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de aglutinacao ou floculacao. Possuir plataforma de agitacao de no minimo 280 x 280 mm; Possuir plataforma com mantas de borracha antiderrapante; Possuir ajuste da velocidade entre 0 a 180 rpm no minimo; Possuir chave liga/desliga; Possuir ajuste do tempo entre 0 a 60 minutos, no minimo; Possuir pes de borracha aderente; Possuir presilha tipo espiral; Alimentacao eletrica: 110/220 V/ 60 Hz.	Não	Un	1,00				
10	>> Ref. SAEB => 66.40.19.00070500-4 MICROSCOPIO, biologico, binocular, objetivas planacromaticas 4x/10x40x/100x, revolver porta-objetivas 4 posicoes e diafragma de campo incorporado, voltagem automatica 100 ~240v 50/60 Hz. Tubo de observacao binocular. Par ocular de 10x (20mm), de campo amplo e ponto focal alto, numero de campo F.N. 20, 25mm de diametro de fixas no tubo de observacao, lampada halogena 6v/30w.	Não	Un	21,00				
11	>> Ref. SAEB => 66.50.00.00068390-6 MICROSCOPIO, biologico, binocular LED, com seguintes caracteristicas: - Objetivas acromaticas e aumento de no minimo 1500x;	Não	Un	4,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/09/2022 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	16/09/2022
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>- iluminacao LED 3 W ou superior, com controle de intensidade luminosa, com tempo de vida util de 20000 (vinte mil) horas ou superior;</p> <p>- ocular: 15x;</p> <p>- objetivas: acromaticas 4x 10x 40x 100x;</p> <p>- cabecote: binocular e inclinado;</p> <p>- revolver quadruplo;</p> <p>- ajuste de Distancia Interpupilar minimo de 55 a 75mm;</p> <p>- ajuste de foco: grosso e fino;</p> <p>- condensador: 1.25, porta filtro e movimento por pinhao e cremalheira.</p> <p>Acompanha o equipamento:</p> <p>01 corpo com estativa e base compensada;</p> <p>01 objetiva ac 4x acromatica;</p> <p>01 objetiva ac 10x acromatica;</p> <p>01 objetiva ac 40x acromatica;</p> <p>01 objetiva ac 100x acromatica;</p> <p>01 ocular 15x;</p> <p>01 frasco de oleo de imersao;</p> <p>01 capa protetora;</p> <p>ACESSORIO</p> <p>Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado;</p> <p>Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues.</p> <p>ALIMENTACAO ELETRICA</p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
30/09/2022	10:00	16/09/2022	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
12	<p>Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada.</p> <p>GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade.</p> <p>NORMALIZACAO O equipamento deve estar de acordo com todas as legislacoes e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. Esta secretaria pode exigir, a qualquer momento, se julgar necessario, comprovacao de que o equipamento esta de acordo com norma ou legislacao vigente especifica do equipamento.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.19.00117034-1</p> <p>GPS, de navegacao (nao nautico e nao automotivo) com especificacoes tecnicas: Constelacao GPS e GLONASS; Tamanho do visor: maior (>) ou igual (=) a 5.6 cm de diagonal; Resolucao do visor: LxA: maior (>) ou igual (=) a 160 x 220 pixels; Duracao da bateria: maior (>) ou igual (=) a 16 horas; Classificacao de impermeabilidade: IPX7; Receptor de alta sensibilidade; Interface: USB; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Memoria interna: maior (>) ou igual (=) a 1.7 GB; Aceita cartoes de dados: Cartao microSD; Paradas/Favoritos/Localizacoes: maior (>) ou igual (=) a 1000; Rotas: maior (>) que 50; Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos; Roteamento automatico (roteamento em estradas curva a curva, com mapeamento opcional para</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/09/2022

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/09/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
13	<p>estradas pormenorizadas); Bussola eletronica (compensacao de inclinacao, 3 eixos); Altimetro Barometrico; Visualizador de imagens; Compativel com mapas personalizados; Pode ser facilmente usado para geocaching; Calculos de area; Garantia de 1 ano.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.55.27.00003941-1</p> <p>BALANCA, de precisao, capacidade para 5000 gramas, sensibilidade 0,1g, calibracao automatica e sistema mecanico de protecao a sobre carga, legibilidade de 0,1g, linearidade de 0,1g, repetibilidade 0,05g, campo de taragem total, tempo de estabilidade 2 segundos, bivolts, frequencia 50/60 Hz. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00159627-6</p>	Não	Un	1,00				
14	<p>BALANCA, analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga maxima de 200 a 210 gramas - Precisão 0, 1mg (quatro casas decimais) - Desvio Padrao: ± 0,1mg - Tempo de estabilizacao: minimo de 5s - Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C 	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/09/2022

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/09/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
15	<p>- Compartilhamento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior - Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada - Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade) Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. - Tensao de trabalho bivolt (110 e 220 volts) (com tolerancia de +/- 10%), 50/60 Hz. Toda balanca de pesagem não automatica deve ter modelo aprovado pelo Inmetro e etiqueta de verificacao inicial. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00159638-1</p> <p>CAMERA, fotografica, HD DSLR, contendo minimamente as seguintes caracteristicas: Midia de gravacao: SD / SDHC / cartao SDXC , atraves de meios externos (USB v.2.0 rigido, Formato da Imagem: 22,3 x 14,9 mm (tamanho APS-C), lentes EF incluindo lentes EF-S (equivalente em 35mm de distancia focal e approx.1.6x a distancia focal da lente) sensor CMOS de 18,0 megapixels que possui limpeza automatica, funcoes de gravacao em 1920 - 1080 full HD diretamente no cartao SD, estilo de imagem auto, standard, retrato, paisagem, neutro, fiel, monocromatico e definido pelo usuario, SLR de nivel ocular (com penta-espelho fixo), velocidade ISSO auto, ISO 100 - 6400 (em incrementos de um todo), H: 12800, velocidades do obturador 1 / 4000 a 30 seg., Bulb, monitor de 3,0 polegadas approx. 1.040.000 pontos acompanha lente 18-55mm.</p> <p>>></p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação		
Local Data e Hora da Abertura		Data		
30/09/2022	10:00	16/09/2022		
Apresentar		Assinatura		
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra				
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital	
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE049/2022
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
16	<p>Ref. SAEB => 67.20.00.00137143-6</p> <p>TELEVISOR, Smart Tv Led 55 polegadas; Conectividade: wi-fi ; Conexao: no minimo de 2 entrada hdmi , minimo de 2 entrada usb, minimo 1 entrada RF para tv aberta/fechada; 1 entrada LAN RJ 45; Resolucao de tela: Full HD ou superior; Codecs de reproducao USB: AVI / MP4 / MKV / WAV / MP3 / WMA / JPEG; Saida para fone de ouvido padrao P2; Wi-Fi 802.11ac.</p> <p>Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 77.30.00.00169564-9</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/09/2022

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/09/2022

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo