



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE059/2018 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | MAQUINA, para fabricacao de gelo em escamas, com aproveitamento de 100% de agua potavel, sistema automatico, gabinete em aco inoxidavel com deposito incorporado, producao minima de 100 Kg/24 horas, refrigeracao a gas R134a, capacidade do deposito minimo de 10 kilos de gelo em escamas, silo em aco inoxidavel, com tripla filtracao, tensao de 220V. >> Ref. SAEB => 41.10.00.00118511-0 | Não | Un | 1,00 | | | | |
| 2 | ESPECTROFOTOMETRO UV visivel, duplo feixe operando de 190 a 1100nm, fenda fixa de 1,5nm, otica totalmente reflexiva, selada contra poeira e vapores, espelhos recobertos com quartzo e calibracao automatica, velocidade de varredura de ate 7000nm/min., exatidao de comprimento de onda de + ou - 0,2nm, reproduzibilidade do comprimento de onda de + ou - 0,04nm, exatidao fotometrica de + ou - 0,002ABS (a 01 ABS), linearidade fotometrica melhor que 1% (a 3 ABS), ruido fotometrico <0,00005 A RMS a 0 A e <0,0001A RMS a 1A, luz espuria menor que 0,01% T (a 340nm), possibilidade de controlar uma serie de acessorios para operacao com reflectancia, amostragem automatica, troca automatica de cubetas e controle de temperatura, todos atraves da conexao a interface pre-existente no comprimento de amostras (150 x 125 x 280mm), sem necessidade de extensao do compartimento ou inclusao de placas adicionais, suporte para duas cubetas quadradas de 10mm, detector fotodiodo de silicone, analise multicomponente, analise de cor - DNA - MELT e compilacao para GLP/GMP, alimentacao 110 ou 220 Vac, 60hz, acompanhada microcomputador externo com a seguinte configuracao minima: pentium 200MHz, 32 MB de memoria RAM, 3,0 MB HDD, 2 interfaces seriais, monitor SVGA 14", mouse e windows 98. Deve acompanhar tambem software que opere em ambiente windows, com programacao e controle total do equipamento e seus acessorios e automacao de qualquer rotina de operacao, aplicacoes para medidas de absorbancia, varredura, cinetica e concentracao. | Não | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

17/12/2018

10:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

04/12/2018

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE059/2018 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 3 | >> Ref. SAEB => 66.30.19.00005354-6 MICROPIPETA capacidade de 10 a 100ul com ejetor/dispensador de ponteiros, e: - intervalo de uso de 10 a 100ul com incrementos de escala de 0,05 microlitros - ejetor automatico de ponteiros destacavel do corpo da pipeta - precisao: menor ou igual a 0,10ul - exatidao: +/- 0,50ul - volume selecionavel e com ajuste continuo - inclui segundo estagio para purga e operacao no modo reverso - pistao em aco inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminacao - fabricada dentro da norma ISO 9001 - acompanha certificado individual de calibracao com seu numero de serie Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Não | Un | 4,00 | | | | |
| 4 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00063644-4 SUPORTE, em acrilico, transparente, com encaixes estabilizadores para o armazenamento de micropipetas monocanais, na posicao inclinada, capacidade para 06 micropipetas. | Não | Un | 2,00 | | | | |
| 5 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00090865-7 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 0,5 a 10 microlitros, com visor digital, autoclavavel Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Não | Un | 4,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

17/12/2018

10:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

04/12/2018

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE059/2018 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 6 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112161-8 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 100 a 1000 microlitros, com visor digital, autoclavavel Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Não | Un | 4,00 | | | | |
| 7 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112162-6 MICROPIPETA, monocanal, em plastico ABS, volume variavel de 1000 a 5000 microlitos, com ejetor automatico de ponteiras, visor numerico, com a parte inferior removivel Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Não | Un | 1,00 | | | | |
| 8 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112292-4 AGITADOR, uso laboratorial, magnetico, com aquecimento, capacidade 04 litros, placa com 14cm de diametro, velocidade de agitacao de 80 a 1500rpm, controles individuais de agitacao e aquecimento, tensao 220 volts. | Não | Un | 1,00 | | | | |
| 9 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139994-2 AGITACAO, rotatorio, tipo gangorra, Plataforma plana, Movimento gangorra, Velocidade: 15rpm, angulo de agitacao: ±25°, Voltagem: 220V - 50/60Hz, Potencia: 6W. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo | Não | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|----------|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | | Data | |
| 17/12/2018 | 10:30 | 04/12/2018 | Assinatura |
| Apresentar | | | |
| <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | | | |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital |
| Validade da Proposta | | | Assinatura e carimbo |



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE059/2018 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 10 | de validade e registro na ANVISA. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00062747-0 INCUBADORA, de CO2, com jaqueta de ar, com capacidade de 49 litros, com as seguintes características: - Controle microprocessador (PID) das funcoes embutido na porta: otimizacao do espaco com dimensoes externas menores; - Escala de temperatura: +5°C acima da temperatura ambiente ate +50°C; - Uniformidade: +/-0,2°C; - Escala de CO2: 0 - 20% (+/-0,1%); - Auto calibracao de CO2; - Sensor de CO2: Sensor por condutividade termica +- 0,15%; - Umidade: >95% UR +/-5%; - Sistema de aquecimento atraves de camisa de ar quente, maior estabilidade da temperatura sem formacao de condensacao como na jaqueta de agua. (mais leve sem troca de agua); - Sistema de alarmes: sonoro e visual, temperatura, CO2, alarme da porta e protecao para altas temperaturas; - Interior construido em liga de cobre e aco inoxidavel com as bordas arredondadas, com materiais de capacidade de eliminacao do crescimento bacteriano e fungicos e ambiente livre de corrosao; - Contato para alarme remoto; - Isolantes livres de CFC; - Dimensoes internas: 35 x 37,8 x 37,5 cm; - Dimensoes externas: 48 x 54,8 x 56,9 cm; - Voltagem: 115 / 60Hz. | Não | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|------------|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | | Data | |
| 17/12/2018 | 10:30 | 04/12/2018 | Assinatura |
| Fornecedor | | Assistência Técnica | |
| Validade da Proposta | Garantia | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo | |



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE059/2018 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 11 | <p>- Garantia mínima de um ano do fabricante; - Acompanha embalagem com dados do equipamento; - Manual.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000544-4</p> <p>BALANCA, eletronica, semi-analitica Com as seguintes características: - capacidade mínima de 310g - Bivolt(127 e 220 volts); - Sensibilidade de divisao mínima de 0,001g - reprodutibilidade mínima de 0,002g - certificado de aprovacao do INMETRO - comprimento mínimo do prato de 100mm - garantia mínima de 24 meses</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00159634-9</p> | Não | Un | 1,00 | | | | |
| 12 | <p>BOTIJAO, para armazenamento de nitrogenio liquido, em aluminio (externamente) e aco (internamente), capacidade 30 litros, com diametro do bocal de no minimo 9,5cm, altura total 54cm, diametro externo de 46,4cm, acompanhada de base com rodinhas.</p> | Não | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Abertura | Apresentar | Data |
| | 17/12/2018 10:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 04/12/2018 |
| Fornecedor | Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica |
| | | | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE059/2018 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| >> | <p>Ref. SAEB => 81.20.00.00116504-6</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Para o correto preenchimento da proposta de preços, vide o Edital de Licitação e seus anexos;</p> | | | | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

17/12/2018

10:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

04/12/2018

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo