



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE069/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	ESPECTROFOTOMETRO UV visível, duplo feixe operando de 190 a 1100nm, fenda fixa de 1,5nm, ótica totalmente reflexiva, selada contra poeira e vapores, espelhos recobertos com quartzo e calibração automática, velocidade de varredura de até 7000nm/min., exatidão de comprimento de onda de + ou - 0,2nm, reprodutibilidade do comprimento de onda de + ou - 0,04nm, exatidão fotométrica de + ou - 0,002ABS (a 01 ABS), linearidade fotométrica melhor que 1% (a 3 ABS), ruído fotométrico <0,00005 A RMS a 0 A e <0,0001A RMS a 1A, luz espúria menor que 0,01% T (a 340nm), possibilidade de controlar uma série de acessórios para operação com reflectância, amostragem automática, troca automática de cubetas e controle de temperatura, todos através da conexão a interface pre-existente no comprimento de amostras (150 x 125 x 280mm), sem necessidade de extensão do compartimento ou inclusão de placas adicionais, suporte para duas cubetas quadradas de 10mm, detector fotodiodo de silício, análise multicomponente, análise de cor - DNA - MELT e compilação para GLP/GMP, alimentação 110 ou 220 Vac, 60hz, acompanhada microcomputador externo com a seguinte configuração mínima: pentium 200MHz, 32 MB de memória RAM, 3,0 MB HDD, 2 interfaces seriais, monitor SVGA 14", mouse e windows 98. Deve acompanhar também software que opere em ambiente windows, com programação e controle total do equipamento e seus acessórios e automação de qualquer rotina de operação, aplicações para medidas de absorbância, varredura, cinética e concentração.	Un	1,00				
2	>> Ref. SAEB => 66.30.19.00005354-6 MICROPIPETA capacidade de 10 a 100ul com ejetor/dispensador de ponteiros, e: - intervalo de uso de 10 a 100ul com incrementos de escala de 0,05 microlitros - ejetor automático de ponteiros destacável do corpo da pipeta - precisão: menor ou igual a 0,10ul - exatidão: +/- 0,50ul - volume selecionável e com ajuste contínuo	Un	4,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

19/10/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

09/10/2017

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE069/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	- inclui segundo estagio para purga e operacao no modo reverso - pistao em aco inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminacao - fabricada dentro da norma ISO 9001 - acompanha certificado individual de calibracao com seu numero de serie Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00063644-4 SUPORTE, em acrilico, transparente, com encaixes estabilizadores para o armazenamento de micropipetas monocanais, na posicao inclinada, capacidade para 06 micropipetas.	Un	2,00				
4	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00090865-7 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 0,5 a 10 microlitros, com visor digital, autoclavavel Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.	Un	4,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00112161-8 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 100 a 1000 microlitros, com visor digital, autoclavavel Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.	Un	4,00				
6	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00112162-6 AGITADOR, uso laboratorial, magnetico, com aquecimento, capacidade 04 litros, placa com 14cm de	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
19/10/2017	09:30	09/10/2017	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE069/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	<p>diametro, velocidade de agitacao de 80 a 1500rpm, controles individuais de agitacao e aquecimento, tensao 220 volts.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00139994-2</p> <p>BANHO MARIA, uso laboratorial, com ou sem circulacao, gabinete construido em aco com pintura anticorrosiva, tampa em aco inox, controlador de temperatura, sensor de temperatura (pt 100), resistencia blindada em aco inox, capacidade minima de 15 litros, alimentacao 220 volts, potencia ate 2000 wats, faixa de trabalho ate 100° c. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante, manual de instrucoes e termo de garantia.</p>	Un	1,00				
8	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140100-9</p> <p>AGITACAO, rotatorio, tipo gangorra, Plataforma plana, Movimento gangorra, Velocidade: 15rpm, angulo de agitacao: ±25°, Voltagem: 220V - 50/60Hz, Potencia: 6W. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro na ANVISA.</p>	Un	1,00				
9	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00062747-0</p> <p>INCUBADORA, de CO2, com jaqueta de ar, com capacidade de 49 litros, com as seguintes caracteristicas: - Controle microprocessador (PID) das funcoes embutido na porta: otimizacao do espaco com dimensoes externas menores; - Escala de temperatura: +5°C acima da temperatura ambiente ate +50°C;</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
19/10/2017	09:30	09/10/2017	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE069/2017	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
10	<ul style="list-style-type: none"> - Uniformidade: +/-0,2°C; - Escala de CO2: 0 - 20% (+/-0,1%); - Auto calibracao de CO2; - Sensor de CO2: Sensor por condutividade termica +- 0,15%; - Umidade: >95% UR +/-5%; - Sistema de aquecimento atraves de camisa de ar quente, maior estabilidade da temperatura sem formacao de condensacao como na jaqueta de agua. (mais leve sem troca de agua); - Sistema de alarmes: sonoro e visual, temperatura, CO2, alarme da porta e protecao para altas temperaturas; - Interior construido em liga de cobre e aco inoxidavel com as bordas arredondadas, com materiais de capacidade de eliminacao do crescimento bacteriano e fungicos e ambiente livre de corrosao; - Contato para alarme remoto; - Isolantes livres de CFC; - Dimensoes internas: 35 x 37,8 x 37,5 cm; - Dimensoes externas: 48 x 54,8 x 56,9 cm; - Voltagem: 115 / 60Hz. - Garantia minima de um ano do fabricante; - Acompanha embalagem com dados do equipamento; - Manual. <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000544-4</p> <p>BALANCA, eletronica, semi-analitica Com as seguintes caracteristicas: - capacidade minima de 310g</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
19/10/2017	09:30	09/10/2017	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE069/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1.1	<p>- Bivolt(127 e 220 volts); - Sensibilidade de divisao minima de 0,001g - reprodutibilidade minima de 0,002g - certificado de aprovacao do INMETRO - comprimento minimo do prato de 100mm - garantia minima de 24 meses Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00159634-9</p> <p>BOTIJAO, para armazenamento de nitrogenio liquido, em aluminio (externamente) e aco (internamente), capacidade 30 litros, com diametro do bocal de no minimo 9,5cm, altura total 54cm, diametro externo de 46,4cm, acompanhada de base com rodinhas.</p> <p>>> Ref. SAEB => 81.20.00.00116504-6</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
19/10/2017	09:30	09/10/2017	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Amostra		<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo