



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | BOMBA, de vacuo, para laboratorio quimico e bioquimico, isenta de oleo, vacuo maximo + - 730 mm/hg, tensao 220V, potencia 85 wats.Manual de instrucoes, garantia minima de 1 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 43.10.11.00031516-8 | Un | 1,00 | | | | |
| 2 | REFRATOMETRO, de mao, para medicao de acucares. Com as seguintes caracteristicas: - Com Compensação Automatica de Temperatura (A.T.C.); - Faixa de medicao de 0 a 32% Brix; - Precisão de 0,2% Brix. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.30.00.00098605-4 | Un | 5,00 | | | | |
| 3 | SISTEMA, uso laboratorial, de extracao Soxhlet, bateria de aquecimento tipo Sebelin para 6 provas; com controles electronicos individuais de potencia de aquecimento; construido em caixa de aço com tratamento anticorrosivo; com duas hastes verticais, suportes horizontais, pincas para fixacao e refletores berco da resistencia em aço inox. Acompanha: suportes para os baloes, 6 baloes de fundo redondo de 250 mL, 6 condensadores junta 45, 6 extratores de 307 mm com junta superior 45 e inferior 24, 6 cartuchos de extracao 25 x 80; Tensao 110V; Garantia minima de 12 meses; manual de instrucoes. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante >> Ref. SAEB => 66.30.00.00112360-2 | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 4 | REFRATOMETRO, portatil, manual, para analise de salinidade de agua, precisao de 0 a 100%, com faixa de compensacao de temperatura automatica de 10 a 30° C, resolucao de 1%. >> Ref. SAEB => 66.30.20.00006125-5 | Un | 4,00 | | | | |
| 5 | ALCA de platina, milezimal, calibrada, com 05 cm de comprimento. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00001709-4 | Un | 10,00 | | | | |
| 6 | ESTANTE, para tubos de ensaio, em PVC, com capacidade para 40 tubos de 16 mm. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00002894-0 | Un | 20,00 | | | | |
| 7 | TRIPE, uso laboratorial, de ferro zincado, dimensoes 12 x 20 cm, para aquecimento de frascos e baloes >> Ref. SAEB => 66.40.00.00004058-4 | Un | 20,00 | | | | |
| 8 | PIPETA de vidro, graduada, gravacao permanente, capacidade 20 ml >> Ref. SAEB => 66.40.00.00015176-9 | Un | 10,00 | | | | |
| 9 | BURETA de vidro, classe a ASTM, funil gravacao permanente, torneira de teflon, capacidade 25 ml >> | Un | 10,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 10 | Ref. SAEB => 66.40.00.00015178-5 BURETA de vidro, classe a ASTM, funil gravacao permanente, torneira de teflon, capacidade 50 ml | Un | 60,00 | | | | |
| 11 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00015179-3 TELA, de amianto, dimensoes de 30 x 30 cm, para isolamento termico. | Un | 32,00 | | | | |
| 12 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00018988-0 PINCA uso laboratorial, de aco inox, reta, 22 cm, para retirar objetos da estufa. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 13 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00025625-0 BECKER, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 100 ml, graduado em intervalos de 50 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. | Un | 300,00 | | | | |
| 14 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00032732-8 BASTAO, uso laboratorial, em vidro borosilicato, dimensoes 30 cm (comprimento) x 8 mm (diametro). >> Ref. SAEB => 66.40.00.00033428-6 | Un | 200,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 15 | ESCOVA, uso laboratorial, com cerdas de crina de cavalo, dimensoes 8 mm (diâmetro) x 195 mm (comprimento total), sendo 40 m de parte util e 130 mm de cabo, com pincel na extremidade, para lavagem de bureta. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00034229-7 | Un | 30,00 | | | | |
| 16 | ESCOVA, uso laboratorial, com cerdas de crina de cavalo, dimensoes 35 mm (diâmetro) x 385 mm (comprimento total) para lavagem de tubo de ensaio medio, sendo parte util 130 mm cabo 230 mm extremidade com pincel >> Ref. SAEB => 66.40.00.00034230-0 | Un | 30,00 | | | | |
| 17 | BARRA, magnetica, uso laboratorial, revestida em teflon puro, com ima permanente, tipo plana, dimensoes 38 mm (comprimento) x 8 mm (diâmetro). >> Ref. SAEB => 66.40.00.00039185-9 | Un | 20,00 | | | | |
| 18 | ELETRODO, combinado de vidro, compativel com uso em peagmetro marca Quimis, modelo Q400A. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00040429-2 | Un | 10,00 | | | | |
| 19 | BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, incolor, transparente, resistente a temperatura e pressao | Un | 300,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | elevadas, bico dosador, capacidade de 100 ml, graduado em intervalos de 10 ml. | | | | | | |
| 20 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00043009-9 BALAO, em vidro borosilicato, fundo redondo, boca esmerilhada 24/40 polegadas, capacidade 250 ml, para destilacao. | Un | 20,00 | | | | |
| 21 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044318-2 BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 25 ml, graduado em intervalos de 10 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. | Un | 400,00 | | | | |
| 22 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044325-5 PIPETA volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 10 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 250,00 | | | | |
| 23 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044591-6 PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 2 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 24 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044592-4 PIPETA volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 25 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,03 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 200,00 | | | | |
| 25 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044594-0 PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 5 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 250,00 | | | | |
| 26 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044595-9 PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 1 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 150,00 | | | | |
| 27 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044596-7 ERLENMEYER, em vidro borosilicato, boca larga, graduado, capacidade 50 ml, intervalo de 10 ml, resistente a temperatura acima de 100 graus centigrado e pressao elevada. | Un | 25,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 28 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00044690-4 PAPEL, filtro, quantitativo, faixa branca, diametro 18,5 cm, filtracao media, cinzas maximo 0,01%, para uso laboratorial na filtracao de precipitados finos. Validade minima: 02 anos Embalagem: caixa com 100 folhas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricacao e prazo de validade. | Cx | 2,00 | | | | |
| 29 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00045377-3 PAPEL indicador qualitativo de Ph, tornassol azul. Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Pc | 5,00 | | | | |
| 30 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00045457-5 PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 3ml, calibrada a 20 graus centigrados, limite de erro 0,01ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 100,00 | | | | |
| 31 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00049411-9 DEIONIZADOR de agua, capacidade 100 l/h, tensao 220 volts. Embalagem com dados de identificaca do produto e marca do fabricante. | Un | 2,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 32 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00050396-7 FUNIL, uso laboratorial, de separacao, em vidro borosilicato, capacidade 500 ml, formato pera, torneira de polietileno intercambiavel e rolha de polietileno 24/40. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 33 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00051976-6 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com: - estrutura externa em chapa de aço revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aço inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta); - sistema bivolt (110 e 220 volts); - cabo de forca com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra); - prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno; - dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm; - manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano. | Un | 1,00 | | | | |
| 34 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8 BALAO, uso laboratorial volumetrico, em vidro borosilicato, fundo chato, gargalo longo, com boca | Un | 10,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 35 | esmerilhada, tampa de teflon, capacidade de 100ml. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00056482-6 PIPETA, de Pasteur, em polietileno, capacidade 2 ml, graduada, descartavel, esteril. Embalagem: com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 2.000,00 | | | | |
| 36 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00057229-2 BECKER, uso laboratorial, de vidro borossilicato, com bico, capacidade 50 ml, graduado em intervalos de 5 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia, para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. | Un | 300,00 | | | | |
| 37 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00059628-0 VIDRO, de relógio, diametro 120 mm, bordas esmerilhadas. | Un | 50,00 | | | | |
| 38 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00060142-0 PROVETA, de vidro, capacidade volumetrica 1000ml, graduacao de 10 ml, com topo reforçado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 39 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00060227-2 BALAO, uso laboratorial, volumetrico, em vidro borosilicato, fundo chato, gargalo longo, com boca esmerilhada, tampa de teflon, capacidade de 500ml. | Un | 160,00 | | | | |
| 40 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00060250-7 CADINHO, uso laboratorial, em porcelana, forma alta, capacidade 50 ml. | Un | 100,00 | | | | |
| 41 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00061065-8 PAPEL, filtro, qualitativo 50 x 50 mm, uso laboratorial Embalagem: contendo 50 folhas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |
| 42 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00061699-0 BECKER, em vidro borosilicato, branco, transparente, classe A, capacidade 600 ml, forma baixa, graduacao permanente e colorida, resistente a temperatura e pressao de 121°C/30min. | Un | 30,00 | | | | |
| 43 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00061750-4 ESTANTE, uso labrotorial, em plastico, para microtubuos de capacidade de 0,5 ml, 1,5 ml e 2,0 ml. Embalgem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 44 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00061984-1 SUPORTE, uso laboratorial, universal, com base de ferro, revestido com tinta epoxi, haste metálica não oxidável, comprimento de 50 a 65 cm, diâmetro da haste de 13 a 16 mm, pincas de três braços para buretas fabricadas em alumínio injetado e tratado, com os dedos recobertos em PVC, acompanhado de mufa giratória para fixação em haste de até 16 mm, com abertura de 16 a 102 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |
| 45 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00062207-9 MICROTUBO, para centrifugação, tipo eppendorff, em plástico, transparente, com capacidade para 2 ml, graduado, com fundo cônico e tampa chata. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Un | 2,00 | | | | |
| 46 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00062487-0 BECKER, em vidro borossilicato, com bico, forma baixa, capacidade 250 ml, graduado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Un | 500,00 | | | | |
| 47 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00063422-0 PAPEL, indicador qualitativo de Ph, tornassol vermelho, dimensões 6 x 7 cm. Embalagem: contendo 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Un | 5,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 48 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00063424-7 BECKER, em vidro, transparente, resistente a temperatura e pressao elevadas, forma baixa, capacidade 5000 ml, graduacao permanente. | Un | 5,00 | | | | |
| 49 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00063932-0 ERLENMEYER, de vidro borosilicato, capacidade 500 ml, graduado em intervalo de 5 ml, com boca larga. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |
| 50 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00064204-5 CALICE, uso laboratorial, de vidro, graduacao de 25 ml, capacidade 125 ml. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 51 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00064761-6 BURETA, de vidro, classe a ASTM, funil gravacao permanente, torneira de teflon, capacidade 10 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 52 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065348-9 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 1,0 ml, calibrada a 20 graus C, graduada, limite de erro 1/10. | Un | 50,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 53 | Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065379-9 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 10 ml, calibrada a 20 graus C, graduada, limite de erro 1/10. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |
| 54 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065380-2 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 2,0 ml, calibrada a 20 graus C, graduada, limite de erro 1/10. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |
| 55 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065381-0 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 20 ml, calibrada a 20 graus C, graduada, limite de erro 1/10. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |
| 56 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065382-9 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 5,0 ml, calibrada a 20 graus C, graduada, limite de erro 1/10. | Un | 50,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 57 | Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065383-7 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 10 ml, graduacao permanente de 1 em 1 ml, calibrada a 20 graus C, acompanha certificado de calibracao individual com seu numero de serie Embalgem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 100,00 | | | | |
| 58 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00065869-3 PIPETA, sorologica, em vidro borosilicato, capacidade 5,0 ml, graduacao permanente de 0,1 em 0,1 ml, acompanha certificado individual com seu numero de serie. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 100,00 | | | | |
| 59 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00067148-7 INCUBADORA, tipo BOD, com fotoperiodo, microprocessada com iluminacao interna para fotoperiodo e duplo controle de temperatura, volume interno de 320 litros, para ser usada como camara de germinacao, camara climatica para testes diversos, camara para entomologia, fitopatologia, etc, duplo controle de temperatura digital microprocessada PID, para simulacao de duas temperaturas (dia/noite), sensibilidade de 0,1graus C e exatidao interna de 0,3 graus C e set point de ajuste de segurancia contra resfriamento e aquecimento com desligamento automatico, programador horario para 24 horas para fotoperiodo, programador horario para 24 horas para alternancia da temperatura, lampada (4) fluorescente 15 W instaladas internamente na porta, faixa de trabalho de 0 a 60 grausC, painel em policarbonato com indicações de funcoes, sistema de ventilação interna com ar forçado quente e frio, gabinete com isolamento | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 60 | termico em poliuretano expandido nas paredes e na porta, com 11 suporte para prateleiras (acompanham 2 prateleiras), dimensoes externas 1700 x 600 x 600, alimentacao 220 volts, 60 Hz, 1200 Watts. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestado no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068309-4 | Un | 50,00 | | | | |
| 61 | PROVETA, em polipropileno, autoclavavel, capacidade volumetrica 500 ml, graduacao de 5 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068315-9 | Un | 2.100,00 | | | | |
| 62 | TUBO, de Durhan, em vidro borosilicato neutro, dimensoes de 5 mm(diametro) x 32 mm(comprimento). Embalagem individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068352-3 | Un | 500,00 | | | | |
| 63 | TUBO, tipo eppendorf(microtubos), em polipropileno, na cor branca, capacidade para 2,0 mililitros, graduado, transparente, tampa reta. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068514-3 | Un | 1,00 | | | | |
| | ESTUFA, bacteriologica, com gabinete externo em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico, camara | Un | | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | interna de trabalho e parte interna da porta totalmente em aco inoxidavel, com polimento tipo espelho, guarnicao e vedacao de porta em pvc, isolacao termica das paredes e porta externa, sistema de fechamento magnetico por todas as bordas da porta, camara de pre aquecimento e circulacao do ar dentro da camara, por conveccao, controlador eletrônico microprocessado de temperatura, com duplo display, sendo um para programacao e outro para indicacao da temperatura programável, com as funcoes de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 5°C acima da temperatura ambiente ate 65°C; iluminacao automatica da camara ao abrir a porta, dispositivo regulador da saida do ar e suporte do termometro de vidro, nao acompanha termometro de vidro, tres trilhos na camara interna para deslocar a bandeja; cabo de forca com dupla isolacao e plug de tres pinos, duas fases e um tetra, capacidade interna minima de 150 litros, bivolt(110 e 220 volts). | | | | | | |
| 64 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068602-6 PAPEL, filtro, quantitativo, faixa azul, diametro de 15 cm, filtracao rapida. Embalagem: caixa com 100 unidades com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Cx | 10,00 | | | | |
| 65 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068753-7 ROLHA, uso laboratorial, de borracha, diametro da parte superior 20 mm, diametro da parte inferior 15 mm | Un | 100,00 | | | | |
| 66 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068964-5 PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratorio; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool; calibracao automatica das solucoes buffers; | Un | 5,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| 29/09/2014 | 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Assinatura |
| Validade da Proposta | | | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 67 | faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus Celsius; 0 a 100 graus Celsius; resolucao: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aco inox podendo-se usar o equipamento como termometro de 0 a 100 graus Celsius, com resolucao de 0,1 graus Celsius; display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impede erros de utilizacao; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solucao; compensacao automatica ou manual; gabinete em plastico abs, livre de corrosao; saida para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentacao 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referencia interna KCI 3M + AgCl para medicao de pH em solucoes aquosas, sensor de temperatura em aco inox, solucoes tampao frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operacoes em portugue, garantia minima de dois anos. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069323-5 | Un | 2,00 | | | | |
| 68 | ESTUFA, de secagem com circulacao e renovacao de ar. Com as seguintes caracteristicas: - Capacidade entre 200 a 350 litros; - Temperatura maxima entre 150 a 250° C; - Temperatura minima entre 5 a 10° C; - Com no minimo 3(tres) prateleiras em aco; - 1(uma) porta - Tensao 220 volts >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069340-5 | Un | 15,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 69 | porcelana. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069425-8 PROVETA, em vidro borosilicato transparente, classe A, marcacao permanente, graduacao colorida, com gravacao da capacidade e temperatura de trabalho, resistente a temperatura e pressao elevada, com base hexagonal, resistente a acidos, capacidade volumetrica de 2000ml Embalagem individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 70 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069427-4 ERLENMEYER, em vidro borosilicato, boca larga nao esmerilhada, capacidade 250 ml, com graduacao. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |
| 71 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069492-4 BALAO, uso laboratorial, volumetrico, em vidro borosilicato, boca esmerilhada, fundo chato, gargalo longo, tampa em polietileno, capacidade de 10 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante | Un | 10,00 | | | | |
| 72 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069697-8 FRASCO, uso laboratorial, de vidro, tampa de rosca plastica, boca larga, capacidade de 1000 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Fr | 20,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 73 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00070868-2 FRASCO, uso laboratorial, de vidro, tampa de rosca plastica, boca larga, capacidade de 500 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Fr | 40,00 | | | | |
| 74 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00070872-0 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 0,1 a 2ul, para pipetagem com reprodutibilidade de solucoes aquosas, acidas, reagentes, suspensoes e soros. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 75 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00090795-2 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 20 a 200ul, para pipetagem com reprodutibilidade de solucoes aquosas, acidas, reagentes, suspensoes e soros. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 5,00 | | | | |
| 76 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00090798-7 TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato neutro, parede reforcada, com tampa de rosca em baquelite, dimensoes 18 x 150 mm, resistente a alta temperatura e pressao. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 1.000,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 77 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00091116-0 PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, calibrada a 20 graus C, classe A, gravacao permanente, com dois tracos, resistente a acidos, capacidade 50ml. Embalagem contendo dados de identificacao do produto, tipo de esterilizacao e marca do fabricante | Un | 100,00 | | | | |
| 78 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00091529-7 BALAO, uso laboratorial, em vidro borosilicato, fundo chato, redondo, boca esmerilhada, junta 24 x 40 mm, capacidade 250 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |
| 79 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00091530-0 FRASCO, uso laboratorial, em vidro, para DBO, com tampa biselada e esmerilhada, capacidade 300 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Fr | 50,00 | | | | |
| 80 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00092125-4 SUPORTE, para pipeta sorologica, em polipropileno, com capacidade para 28 pipetas na posicao vertical sendo 18 pipetas com diametro de ate 10mm e 10 pipetas com diametro de ate 15mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 81 | Ref. SAEB => 66.40.00.00093150-0 DESTILADOR, de agua, aparelho utilizado para purificar a agua, tipo de material de construcao (aco inox); possuir faixa da pureza da agua de saida de 3 a 8 microsiemens (mS); possuir sistema de protecao em caso de falta de agua de entrada; capacidade de producao (2 a 20 litros/hora); possuir suporte para fixacao na parede com regulagem de nivel; possuir resistencia tubular blindada; Alimentacao eletrica: 110/220 V, 60 Hz | Un | 3,00 | | | | |
| 82 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00093320-1 TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes de 20 mm(diametro) x 150 mm(comprimento), parede reforçada, resistente a alta temperatura e pressao, sem tampa e sem borda saliente. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante | Un | 1.000,00 | | | | |
| 83 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00093418-6 TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes de 20 mm(diametro) x 200 mm(comprimento), parede reforçada, resistente a alta temperatura e pressao, sem tampa e sem borda saliente. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 300,00 | | | | |
| 84 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00093419-4 TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes de 13 mm x 150mm, parede reforçada, | Un | 1.000,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| | 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | Assinatura | | |
| Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 85 | resistente a alta temperatura e pressao, sem tampa, sem borda saliente. Embalagem com certificado de analise, contendo lote, fabricante e data de fabricacao. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00094496-3 BANHO MARIA, universal, digital, microprocessado, em aco inoxidavel, dimensoes interna de 300mm x 235mm x 150mm, podendo variar em +/- 10%. Com as seguintes caracteristicas: - Microprocessador para controle de temperatura com precisao de 0,3°C, calibrado com sensor de alta sensibilidade; - Faixa de trabalho de ambiente de 100°C com indicacao digital e SET POINT; - Resistencia de aquecimento blindada em inox de facil substituicao; - Painel em policarbonato com indicacao de funcoes; - Cuba em aco inox estampado e polido (sem soldas ou emendas) com capacidade nominal de 09 litros; - Grade em inox para assento dos frascos; - Alimentacao eletrica 110v/60Hz; - Tampa em aco inoxidavel lisa e manual de instrucoes e termo de garantia. | Un | 2,00 | | | | |
| 86 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00095597-3 TERMOCICLADOR, para ampliacao de DNA, capacidade minima para 96 tubos de 0,2 ml, capacidade minima para 3 laminas in situ, temperatura de 4 a 99° C, taxa de aquecimento de 3°C/seg, taxa de resfriamento entre 2 a 3°C/seg, contendo no minimo 100 programas, numero de ciclos minimo de 99, homogeneidade do bloco entre 0,4 e 0,5, potencia minima de 500 watts, tensao 220 volts. | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 87 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00098601-1 BARRILETE, em PVC, dimensoes 20 x 45cm, capacidade 10 litros, com tampa e torneira. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 88 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00098602-0 CADINHO, uso laboratorial, em porcelana, forma alta, fundo chato, capacidade 80 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao | Un | 100,00 | | | | |
| 89 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00101949-0 ERLENMEYER, de vidro, boca larga, graduado, capacidade para 125 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 450,00 | | | | |
| 90 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00102250-4 TELA, de amianto, dimensoes de 20 x 20cm, para isolamento termico. | Un | 30,00 | | | | |
| 91 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00102252-0 FUNIL, uso laboratorial, de Buchnner, em porcelana, diametro 130mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 92 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00102378-0 FUNIL, uso laboratorial, de Buchnner, em porcelana, diametro 180mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 5,00 | | | | |
| 93 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00102379-9 FUNIL, uso laboratorial, de Buchnner, em porcelana, diametro 80mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 94 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00102380-2 BANHO MARIA, termostatizado, capacidade 12 litros Com as seguintes caracteristicas: - Alcance de temperatura: de ambiente a 100 graus C - Uniformidade: +/- 0,2 graus C a 37 graus C - Material da camara: aco inoxidavel - Bivolt(110 e 220 V) - Tampa em aco inoxidavel e termometro de vidro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante e ter garantia minima de dois anos | Un | 5,00 | | | | |
| 95 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00103404-9 SUPORTE, escorredor de vidraria, uso laboratorial, em chapa e pinos de polipropileno, capacidade para | Un | 20,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 96 | 35 pecas, dimensoes 500 x 680 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00103982-2 BALAO, volumetrico, em vidro borosilicato, classe A, com gravacao permanente em esmalte de alto contraste e tampa em polipropileno, capacidade 100 ml, tampa (NS) : 12/21, tolerancia : 0,10 mL, com certificado de calibracao de acordo com as Normas DIN ou ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerancia, classe, temperatura de ajuste, simbolo "H" de conformidade com as normas DIN, gravadas na peca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 150,00 | | | | |
| 97 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104214-9 BALAO, volumetrico, em vidro borosilicato, classe A, com gravacao permanente em esmalte de alto contraste e tampa em polipropileno, capacidade 250 ml, tampa (NS) : 14/23, tolerancia : 0,15 mL, com certificado de calibracao de acordo com as Normas DIN ou ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerância, classe, temperatura de ajuste, simbolo "H" de conformidade com as normas DIN, gravadas na peca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 150,00 | | | | |
| 98 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104216-5 FUNIL, uso laboratorial, analitico, em vidro, angulo de 60 graus, raiado, haste curta, diametro interno da boca 50 mm, diametro externo da haste 6 mm, altura total 108 mm, comprimento da haste 65 mm. | Un | 10,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 99 | Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104218-1 PIPETA, volumetrica, em vidro borossilicato, classe A, gravacao permanente em esmalte de alto contraste, duas marcas e ponta temperada, com certificado de calibracao de acordo com as Normas DIN ou ASTM, capacidade 20 ml, tolerancia 0,030, informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerancia, classe, temperatura de ajuste, símbolo "H" de conformidade com as normas DIN, gravadas no corpo da pipeta. | Un | 50,00 | | | | |
| 100 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104222-0 PINCA, para tubo de ensaio, em madeira, comprimento de 18 cm. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. | Un | 20,00 | | | | |
| 101 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104485-0 PIPETA, volumetrica, em vidro borossilicato, esgotamento total, com 1 traco de afericao, capacidade 11 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 102 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104599-7 TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, sem tampa, capacidade 100 ml, dimensoes 25 x 250 mm. | Un | 1.000,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| | 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Assinatura |
| Validade da Proposta | | | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 03 | Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00104647-0 BURETA, automatica, modelo europeu, em vidro, classe A, faixa azul, com 2 torneiras retas de vidro, capacidade 50mL, gravacao permanente, com frasco forma baixa (tipo Alemão), em vidro borosilicato, com torneira de vidro, intervalo de graduacao 1/10, tolerancia de 0,05mL Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 2,00 | | | | |
| 1 04 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00105431-7 MICROPIPETA, volume ajustavel de 100 ul a 1000 ul, escala de 0,05 microlitros, com ejetor automatico de ponteiras destacavel do corpo da pipeta, incerteza de medicao menor ou igual a 1,0 ul, dispensador, pistao de ceramica resistente a vapores bem como reagentes corrosivos, material ergonomico e resistente a UV, parte inferior autoclavavel, contendo Kit com 100 ponteiras, sistema de codigo de cores para todos os volumes (rack x pipeta); podem ser usadas com líquidos que possuem densidades diferentes da agua; design elaborado para reduzir a forca requerida na pipetagem (Conceito Physiocare); certificado de qualidade para acuracidade e precicao; garantia minima de 3 anos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 1 05 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00105585-2 BASTAO, uso laboratorial, em vidro borosilicato, dimensoes 20 cm (comprimento) x 2 mm (diametro). >> | Un | 130,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 106 | Ref. SAEB => 66.40.00.00106821-0 SUPORTE, para tubos de ensaio revestido em PVC, com 24 furos de 25 mm x 150mm | Un | 10,00 | | | | |
| 107 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00108834-3 PROVETA, de vidro, capacidade 1000mL, graduada 10 em 10 mL, resistente a temperatura e pressao elevadas, com tampa de vidro esmerilhada, autoclavavel, com base estavel. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 108 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00110931-6 BARRA, magnetica, uso laboratorial, revestida em teflon puro, com ima permanente, tipo plana, dimensoes 15mm (comprimento) x 5mm (diametro). | Un | 50,00 | | | | |
| 109 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00111428-0 MICROPIPETA, monocanal, de volume variavel de 100 a 1000 microlitros, com visor digital, autoclavavel Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Un | 5,00 | | | | |
| 110 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112162-6 EXTRATOR, uso laboratorial, tipo soxhlet, em vidro, com junta superior de 45/50, balao com fundo redondo capacidade 1000ml, com junta 24/40. - Gravacao permanente. | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 111 | Embalagem com dados de identificação do produto e nome do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112280-0 PAPEL, filtro, qualitativo, diametro de 11 cm, gramatura 80 g/m2. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e nome do fabricante. | Cx | 20,00 | | | | |
| 112 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112466-8 RACK, capacidade para 96 microtubos de 0,2 ml ou placa para PCRa de 96 wells, em polipropileno, com tampa, dobradica, autoclavavel, Embalagem com dados de identificação do produto e nome do fabricante | Un | 5,00 | | | | |
| 113 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00112853-1 PERA, uso laboratorial, de borracha, com 3 saidas, cor verde, para sucção com pipeta. Embalagem com dados de identificação do produto e nome do fabricante. | Un | 157,00 | | | | |
| 114 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00113366-7 BALAO, de Kjedahl, em vidro borosilicato, capacidade 800 ml, sem graduação. Embalagem com informações sobre o produto e marca do fabricante | Un | 10,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 115 | Ref. SAEB => 66.40.00.00116937-8 GRAL, em porcelana, com pistilo, diametro 180 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 116 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00117753-2 GRAL, em porcelana, com pistilo, diametro 305 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 117 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00117754-0 LAMINULA, de vidro, para microscopia, dimensoes 18 x 18mm. Embalagem caixa com 100 unidades, com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante. | Cx | 20,00 | | | | |
| 118 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00117909-8 CAIXA, para armazenamento de tubos criogenicos ou microtubos (Tipo Eppendorf) com volume de 1,5mL a 2.0mL, em plastico rigido, base com marcacao alfa-numerica, resistente a temperaturas entre - 20°C a +121°C. Embalagem com no minimo nome do produto e nome ou marca do fabricante. | Un | 5,00 | | | | |
| | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00118094-0 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 119 | ESPATULA, uso laboratorial, tipo canaleta, em aco inoxidavel 304, comprimento 15 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 66.40.00.00120482-3 | Un | 20,00 | | | | |
| 120 | FRASCO, uso laboratorial, de vidro, cor ambar, com tampa, boca rosquevel, capacidade 200 ml. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, nome ou marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00120918-3 | Fr | 20,00 | | | | |
| 121 | MICROTUBO, para centrifugacao, tipo eppendorff, em plastico, transparente, capacidade para 0,6 ml, graduado, com fundo conico e tampa chata. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante >> Ref. SAEB => 66.40.00.00121036-0 | Un | 2.000,00 | | | | |
| 122 | PLACA, de Petri, em vidro, transparente, autoclavavel , dimensoes 100 mm x15mm >> Ref. SAEB => 66.40.00.00122726-2 | Un | 1.000,00 | | | | |
| 123 | VIDRO, de relógio, diametro 50 mm, bordas esmerilhadas, para pesagem de substancias quimicas. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00122738-6 | Un | 50,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 124 | VIDRO, de relógio, diâmetro 100 mm, bordas esmaltadas, para pesagem de substâncias químicas. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00122739-4 | Un | 200,00 | | | | |
| 125 | BECKER, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 125ml, graduado em intervalos de 25ml, com bico, forma baixa, autoclavável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministério da Saúde. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00123275-4 | Un | 100,00 | | | | |
| 126 | PLACA, de Petri, em vidro, transparente, autoclavável, dimensões 60 mm x 15mm. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00123498-6 | Un | 1.000,00 | | | | |
| 127 | CAIXA, uso laboratorial, capacidade para 100 ponteiros (capacidade 1000 microlitros), para armazenamento em refrigeradores e freezer, suportar temperatura mínima de 20°C, em polipropileno rígido autoclavável, cor azul, tampa com fecho de segurança e dobradiça, suporte interno fixo, dimensões de aproximadamente 125x105x95mm identificação Alfa Numérica. Embalagem contendo no mínimo dados de identificação do produto e nome ou marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00124200-8 | Un | 10,00 | | | | |
| 128 | GRAL, em porcelana, com pistilo, diâmetro 50 mm. | Un | 10,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 129 | Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00126093-6 GRAL, em porcelana, com pistilo, diametro 100 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 130 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00126094-4 PIPETA, eletronica motorizada monocanal de alta precisao , volume de 1 a 10ul, ejetor automatico de ponteiros, pistao de aço inoxidavel e ou ceramica isento de lubrificante,estrutura plastica resistente em ABS ou PVDF, parte inferior autoclavavel , com operacao de aspiracao e dispensa, suporte individual para fixacao ,calibracao de fabrica acompanhado de certificado de calibracao e manual de instrucoes. | Un | 1,00 | | | | |
| 131 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00126140-1 BECKER, uso laboratorial, de vidro borossilicato, com bico, capacidade 250 ml, graduado em intervalo de 25 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. | Un | 200,00 | | | | |
| 132 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00127592-5 FUNIL, uso laboratorial, analitico, em vidro, angulo de 60 graus, raiado, haste media, diametro da boca 70 mm, diametro da haste 8 mm, altura total 125 mm, comprimento da haste 70 mm. | Un | 10,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 133 | Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 66.40.00.00132120-0 ROLHA, uso laboratorial, de silicone, para vedacao , dimensoes diametro superior 33 mm, diametro inferior 27 mm, altura 38 mm, resistente a esterilizacao por vapor a uma temperatura minima de 121 graus centigrados. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante | Un | 100,00 | | | | |
| 134 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00132121-8 PAPEL, filtro, quantitativo, faixa azul, diametro 18,5 cm, filtracao lenta, gramatura 85 g/m2, teor de cinzas maximo 0,00020g, para uso laboratorial na filtracao de precipitados finos. Validade minima: 02 anos Embalagem: caixa com 100 folhas, com dados de identificaco do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricacao e prazo de validade. | Cx | 10,00 | | | | |
| 135 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00132817-4 ELETRODO, combinado de pH, em plastico de engenharia, blindados (selados sem reposicao de eletrolito), para aplicacao em condicoes drasticas (resistentes a ataques por produtos quimicos, pleno funcionamento na presenca de material organico como proteinas, apresentar resistencia mecanica compativel), funcionamento contínuo para monitorar fermentacao com microorganismos (presenca de celulas bacterianas) em tempo real, ponta com protecao, diametro de 12mm e comprimento minimo de 120mm, faixa de pH 0 a 14, faixa de temperatura 0 a 110°C no minimo, conector BNC. | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 136 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00132860-3 PIPETADOR, pi-pump, em plastico resistente, para acoplamento em diversos tipos de pipeta de vidro ate 25 ml, cor vermelho. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 137 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00137992-5 PIPETADOR, pi-pump, em plastico resistente, para acoplamento em diversos tipos de pipeta de vidro ate 10 ml, cor verde. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |
| 138 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00137993-3 PIPETADOR, pi-pump, em plastico resistente, para acoplamento em diversos tipos de pipeta de vidro ate 0,2 ml, cor amarelo. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 139 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00137994-1 PIPETADOR, pi-pump, em plastico resistente, para acoplamento em diversos tipos de pipeta de vidro ate 2 ml, cor azul. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 140 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00137995-0 PISSETA, frasco lavador. Capacidade 500 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. | Un | 30,00 | | | | |
| 141 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00138183-0 DISPENSADOR, para frasco reagente, de 10 a 100 ml, dispensador autoclavavel, fabricado em plastico de alta resistencia e durabilidade, ideal para uso com solucoes alcalinas, salinas, solventes polares e meios nao agressivos. Pistao em PTFE de alta durabilidade com sistema de selagem ativa para pressao. | Un | 5,00 | | | | |
| 142 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00138224-1 KITASSATO, em vidro borossilicato, graduado com saida superior. Capacidade 250 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 143 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00138228-4 KITASSATO, em vidro borossilicato, graduado com saida superior. Capacidade 500 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00138229-2 | | | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 144 | ESTANTE, em aluminio, vertical para pipetas em disco regulaveis na altura, com 32 furos de 12 mm, 16 furos de 15 mm e 8 furos de 20 mm, base de ferro pintada e haste de aluminio. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00138231-4 | Un | 21,00 | | | | |
| 145 | BASTAO, uso laboratorial, em vidro borosilicato, dimensoes 6 x 300. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139519-0 | Un | 100,00 | | | | |
| 146 | PROVETA, uso laboratorial, em polipropileno, autoclavavel, capacidade volumetrica de 250 ml, graduacao de 1 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139606-4 | Un | 200,00 | | | | |
| 147 | PROVETA, uso laboratorial, graduada, com base sextavada de polipropileno, capacidade de 100 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139711-7 | Un | 200,00 | | | | |
| 148 | PROVETA, uso laboratorial, graduada, com base sextavada de polipropileno, capacidade de 500 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> | Un | 4,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 149 | Ref. SAEB => 66.40.00.00139733-8 PIPETA, uso laboratorial, graduada, de vidro, codificada por cores, alta resistencia, capacidade 1 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 200,00 | | | | |
| 150 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139747-8 PIPETA, uso laboratorial, graduada, de vidro, codificada por cores, alta resistencia, capacidade 2 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 200,00 | | | | |
| 151 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139799-0 PIPETA, uso laboratorial, graduada, de vidro, codificada por cores, alta resistencia, capacidade 5 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 200,00 | | | | |
| 152 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139801-6 BASTAO, uso laboratorial, em vidro, 15 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante. | Un | 100,00 | | | | |
| 153 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139831-8 BALAO, uso laboratorial, volumetrico, em vidro borosilicato, classe A, com rolha de polietileno, capacidade 50 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricação e certificado de calibracao e afericao. | Un | 24,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 154 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139983-7 BECKER, uso laboratorial, graduado, em vidro borosilicato 3.3, alta resistencia, capacidade 50 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 100,00 | | | | |
| 155 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139988-8 BANHO MARIA, uso laboratorial, com ou sem circulacao, gabinete construido em aco com pintura anticorrosiva, tampa em aco inox, controlador de temperatura, sensor de temperatura (pt 100), resistencia blindada em aco inox, capacidade minima de 15 litros, alimentacao 220 volts, potencia ate 2000 wats, faixa de trabalho ate 100° c. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante, manual de instrucoes e termo de garantia. | Un | 1,00 | | | | |
| 156 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00140100-9 AUTOCLAVE, uso laboratorial, vertical, com pedal, caldeira em aco inoxidavel AISI 304, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, gabinete em chapa de aco 1020, acabamento epoxi, guarnicao de silicone e sistema de levantamento da tampa atraves de pedal, manometro com escala de pressao de 0 a 3 Kgf/cm2, correspondencia em graus centigrados de 100 a 143°C, valvula de seguranga termostatica com sistema contra peso regulavel, resistencias em niquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza, painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, medio e maximo), lampada piloto para indicar aparelho ligado e instrucoes de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 157 | <p>operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES, pressão de trabalho regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2, temperatura máxima de trabalho 127°C, capacidade mínima 75 litros, tensão 220 volts, potência 4000 watts, contido manual do fabricante e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140136-0</p> <p>CUBETA, uso laboratorial, de vidro, para espectrofotometro, capacidade 3,5 ml, percurso optico de 10mm, faixa de 200 a 2.500 mm. Com 2 janelas polidas, inclui tampa em teflon. Embalagem com dados de identificação do fabricante.</p> | Un | 8,00 | | | | |
| 158 | <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00143151-0</p> <p>BECKER de vidro borossilicato, com bico, capacidade 3000 ml, graduado em intervalo de 200 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude.</p> | Un | 10,00 | | | | |
| 159 | <p>>> Ref. SAEB => 66.40.10.00002527-5</p> <p>FORNO, mufla, digital, temperatura máxima de trabalho 1200 graus C, faixa de trabalho entre 300 e 1200 graus C, confeccionada em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostatico, isolamento perfeita por tijolos isolantes, painel de comando lateral dotado de sistema de irradiação de calor, resistência de fio kanthal A1 embutidos em refratarios de alta percentagem de aluminio, porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, respiros frontal e superior, controlador eletrônico da temperatura com resolução de 10 graus C, precisão de controle mais ou menos 7 graus C, display na cor vermelha, 110 / 220V, acompanhando</p> | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 160 | manual de instrucoes em portugues. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00002325-6 ALMOFARIZ, de porcelana, capacidade para 100 ml. | Un | 6,00 | | | | |
| 161 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00002559-3 BICO, de bunsen, com tripe, tela de amianto e mangueira com valvula de pressao acoplavel aos depositos de gas liquefeitos de ate 5 litros, ajustador rotativo manual para entrada de ar/gas. | Un | 15,00 | | | | |
| 162 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00003234-4 BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 1000 ml, graduado em intervalo de 100 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. | Un | 210,00 | | | | |
| 163 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00004094-0 BECKER, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 2000 ml, graduado em intervalo de 200 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. | Un | 10,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| | 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | Assinatura | | |
| Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 164 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00004095-9 BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 500 ml, graduado em intervalos de 50 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. | Un | 450,00 | | | | |
| 165 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00004096-7 GARRA, para segurar bureta, tipo borboleta, em polipropileno branco, para suportes de 8 a 14 mm de diametro | Un | 20,00 | | | | |
| 166 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00005907-2 PIPETA, graduada, em vidro borosilicato, calibrada a 20 graus C, classe A, gravacao permanente em esmalte de alto contraste, capacidade 1 mL, tolerância 0,007mL, divisao 0,01mL, com certificado de calibracao de acordo com a Norma ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerancia, classe, temperatura de ajuste, simbolo "H" de conformidade com a norma ASTM gravada na peca Embalagem contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante | Un | 100,00 | | | | |
| 167 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00006964-7 PIPETA, graduada, em vidro borosilicato, calibrada a 20 graus C, classe A, gravacao permanente em esmalte de alto contraste, capacidade 10 mL, tolerancia 0,050mL, divisao 0,1mL, com certificado de | Un | 100,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 168 | calibracao de acordo com a Norma ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerancia, classe, temperatura de ajuste, simbolo "H" de conformidade com a norma ASTM gravada na peca Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 66.40.11.00006965-5 MEDIDOR, de area foliar, de bancada, resolucao: 1mm² ou 0,1 mm², intercambiavel, area de scanner na resolucao de 1 mm²: 1 x 1 mm. | Un | 2,00 | | | | |
| 169 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00015636-1 ELETRODO, combinado, uso laboratorial em equipamento pHmetro de bancada marca Hanna Part. Number HI 3221-01, referencia interna Ag/AgCl, temperatura de operacao de 0 a 40 graus C, faixa de medicao de pH 0,0 a 14,0, reconhecimento de padrao 7,00/4,00/10,00, calibraco em 3 pontos, diametro 12mm, comprimento 120mm no minimo, resistente a substancias quimicas e conexao BNC. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 170 | >> Ref. SAEB => 66.40.11.00020079-4 PINCA, tipo tesoura, para cadinho, em aco inoxidavel, com 50 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00020389-0 | Un | 20,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 171 | ESTUFA, de esterilizacao e secagem, com circulacao e renovacao de ar. Com as seguintes caracteristicas: - estrutura externa em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aco inoxidavel; - circulacao e renovacao de ar motorizada com ventoinhas; - suporte para termometro; - minimo de 2 prateleiras em aco pintada; - controlador de temperatura micro-processado PID, com indicacao digital de precisao aproximada de +/- 2°C; - temperatura de trabalho de ambiente a 200°C; Potencia de 1000W; - capacidade de 64 a 85 litros; - Tensao 220 volts; Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e manual. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00021404-3 | Un | 3,00 | | | | |
| 172 | PIPETADOR, de seguranca, 03 vias, confeccionado em PVC, com 03 valvulas e esferas em inox. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00022213-5 | Un | 10,00 | | | | |
| 173 | CONDENSADOR, de liebig, em vidro borosilicato, tubo reto pirex, comprimento 300 mm, duas juntas esmerilhadas de 14/20. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00022382-4 | Un | 3,00 | | | | |
| 174 | MANTA, uso laboratorial, de aquecimento para balao, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilacao, 220 volts, potencia 200W, capacidade 500 ml. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00023384-6 | Un | 5,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 175 | ESTUFA, uso laboratorial, de esterelizacao e secagem, com circulacao e renovacao de ar, com as seguintes caracteristicas:- estrutura externa em chapa de aço, revestida em epoxi eletrostatico;- camara interna em aço inoxidavel;- circulacao e renovacao de ar motorizada com ventoinhas tipo Siroco;- suporte para termometro ;- 5 prateleiras em aço pintadas; - controlador de temperatura microprocessador PID, com indicacao digital de precisao de +/- 1°C;- temperatura de trabalho de ambiente 7°C a 200°C; - 4 rodizios, sendo 2 com travas; - capacidade de 480 litros;- consumo minimo de 3000w;- alimentacao: bivolt 110/220volts >> Ref. SAEB => 66.40.11.00028476-9 | Un | 2,00 | | | | |
| 176 | CADINHO, uso laboratorial, com placa filtrante de vidro sintetizado, porosidade nº 2 (40-60 astm) , capacidade para 50 ml/pyrex >> Ref. SAEB => 66.40.11.00031493-5 | Un | 30,00 | | | | |
| 177 | AUTOCLAVE, uso laboratorial, capacidade minima 220 litros, vertical, com pedal, caldeira em aço inoxidavel AISI 304, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, gabinete em chapa de aço 1020, acabamento epoxi, guarnicao de silicone e sistema de levantamento da tampa atraves de pedal, manometro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2, correspondencia em graus centigrados de 100 a 143°C, valvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulavel ou sistema eletrônico de segurança, resistencias em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza, painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (minimo, medio e maximo) ou controle por microcontroladores. Temperatura de operação 127° C, temperatura máxima 143°C, pressão máxima de operação 1,5 -1,6 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 178 | pressão igual ou superior à Máxima Pressão de Trabalho Admissível. Especificações: pressão de trabalho regulável de 0 a 3,0 kgf/cm ² , tensão 220 volts, potência mínima 8000 watts, Embalagem: contendo manual do fabricante e certificado de garantia, com dados do produto e do fabricante, garantia mínima de 12 meses. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00032209-1 BARRILETES de PVC para armazenamento de água destilada: fabricado em plástico PVC rígido; capacidade de 20 litros, visor de nível graduado tipo mangueira cristal removível; tampa móvel que permita fácil limpeza; entrada para água de reposição; torneira para escoamento. | Un | 1,00 | | | | |
| 179 | >> Ref. SAEB => 66.40.15.00003149-6 LAMINULA de vidro, para microscopia, anatomo patológica, dimensões 24 x 50 mm. Embalagem: caixa com 100 laminulas. | Cx | 20,00 | | | | |
| 180 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00004555-1 CALICE, uso laboratorial, de vidro, graduado, capacidade 500 ml. Embalagem contendo dados de identificação do produto e nome do fabricante. | Un | 20,00 | | | | |
| 181 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00004950-6 PH metro eletrônico, digital, com display líquido com gamas de medição de pH de 0,00 - 14,00/ 0 a +/- | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 182 | 1999 MV, comutacao de polaridade automatica,resolucao: pH 0,01, sensibilidade do eletrodo de 90-100%, incluindo haste/suporte, porta eletrodo, cabo de ligacao, eletrodo combinado de vidro, jogo de solucoes tampao pH 4, pH 7, KCI, 3M. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00005013-0 PLACA de Petri, em poliestireno, transparente, esterilizadas por raio gama, dimensoes externas 60 x 15 mm. | Un | 500,00 | | | | |
| 183 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006441-6 PLACA de petri , transparente, em poliestireno, esterilizadas por raio gama, dimensoes externas: 90 x 15 mm. | Un | 1.000,00 | | | | |
| 184 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006442-4 ERLENMEYER, de vidro, boca com diametro de 45mm, capacidade de 1000 ml, resistente a temperatura e pressao elevadas. | Un | 200,00 | | | | |
| 185 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006522-6 PROVETA de vidro, capacidade volumetrica 250 ml, graduacao de 2 ml, com topo reforcado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica. | Un | 100,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 186 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006523-4 PROVETA, de vidro, capacidade volumetrica 100 ml, graduacao de 1 ml, com topo reforçado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica. | Un | 100,00 | | | | |
| 187 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006525-0 PROVETA, de vidro, capacidade volumetrica 500 ml, graduacao de 50 ml, com topo reforçado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica. | Un | 270,00 | | | | |
| 188 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006527-7 BALAO, uso laboratorial, volumetrico, em vidro borosilicato, rolha de teflon, capacidade de 200ml. | Un | 100,00 | | | | |
| 189 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006599-4 ERLENMEYER em vidro, capacidade de 125 ml, resistente a temperatura e pressao elevadas, boca reforçada, graduacao de 25 ml | Un | 50,00 | | | | |
| 190 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006621-4 PROVETA, de vidro, capacidade volumetrica 50 ml, graduacao de 1ml, topo reforçado, resistente a temperatura e pressao elevadas, base hexagonal plastica. | Un | 50,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| | 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | | Assinatura | |
| Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 191 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00006686-9 PIPETA automatica de alta precisao, volume fixo, capacidade para 100 microlitros, com seguintes caracteristicas: - Leitura dos volumes de trabalho, atraves de display claro, nitido e de facil visibilidade. - Duplo estagio. - Sistema que permita a dispensacao ate a ultima gota de liquido, atraves de mecanismo que force a saida desta, evitando o deposito e impedindo alteracoes do volume final. - Ejecao de ponteiras de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o risco de acidentes. - Permita facil esterilizacao a vapor a 121 graus Centigrados ou por meio quimicos. - Certificado de calibragem. - Facilmente adaptaveis em ponteiras universais. - Volume facilmente ajustaveis. - Facilmente calibraveis. - Manual de operacoes em portuges. - Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |
| 192 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00007896-4 PIPETA, automatica de alta precisao, volume fixo, capacidade para 1000 microlitros, com seguintes caracteristicas: - Leitura dos volumes de trabalho, atraves de display claro, nitido e de facil visibilidade. - Duplo estagio. - Sistema que permita a dispensacao ate a ultima gota de liquido, atraves de mecanismo que force a saida desta, evitando o deposito e impedindo alteracoes do volume final. | Un | 30,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 193 | <p>- Ejecao de ponteiras de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o risco de acidentes. - Permita facil esterilizacao a vapor a 121 graus Centigrados ou por meio quimicos. - Certificado de calibragem. - Facilmente adaptaveis em ponteiras universais. - Volume facilmente ajustaveis. - Facilmente calibraveis. - Manual de operacoes em portuges. - Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00007899-9</p> <p>PAPEL, indicador de PH, com escala de 0 a 14, graduacao de 1. Embalagem: caixa com 100 tiras, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00008593-6</p> | Cx | 15,00 | | | | |
| 194 | <p>CAPELA, para exaustao de gases com estrutura construida em fibra de vidro, com espessura de 3 mm de cor branca, com dimensoes de 150 x 130 x 70 cm (largura x altura x profundidade). Composta por porta frontal em acrilico cristal transparente com deslocamento vertical com contrapeso; dutos de exaustao em PVC rigido branco, diametro 200 mm; exaustor centrifugo 1/3 CV, protegido contra corrosao, capacidade de exaustao de 60 m3/min.; luminaria isolada IP 44, com lampada incandescente blindada. Interruptores para luminaria, exaustor e tomada de forca universal; dois bicos escalonados em latao 1/2", com registro para entrada de liquidos e gases: pia interna para liquidos com dreno. Com servico de instalacao.Tensao bivolts.</p> | Un | 3,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 195 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00008755-6 BECKER, de vidro, resistente a temperatura e pressao elevadas, capacidade 1000 ml, graduacao permanente, forma baixa. | Un | 200,00 | | | | |
| 196 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00008848-0 ROLHA de borracha, para vedar tubo com dimensoes 12 x 75 mm. | Un | 100,00 | | | | |
| 197 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00008998-2 LAMINA, uso laboratorial, de vidro, lisa dimensoes 26 x 76 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Cx | 40,00 | | | | |
| 198 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00009087-5 GALERIA, em poliestireno, para tubo tipo eppendorf de 1,5 ml, capacidade para 50 tubos. | Un | 10,00 | | | | |
| 199 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00009535-4 FRASCO, uso laboratorial, para diluicao, de vidro, tipo garrafa, tampa rosqueavel de polipropileno, resistente a altas temperaturas e pressao (autoclavavel), capacidade 160 ml. | Fr | 20,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 200 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00012099-5 ESCOVA com cerdas em amterial sintetico macio, com cabo, dimensoes 15 x 100 mm, para lavagem de tubos de ensaio. | Un | 10,00 | | | | |
| 201 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00012653-5 BICO, de bunsen, com sistema regulador de chama e registro, ligado ao sistema de gas canalizado. | Un | 20,00 | | | | |
| 202 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00012721-3 ESCOVA, cilindrica uso laboratorial, com cerdas de crina de cavalo, dimensoes 18 mm (diametro) x 180 mm (comprimento total), com pincel na extremidade, para lavagem de tubo de ensaio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 30,00 | | | | |
| 203 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00013635-2 LAMINULA de vidro, para microscopia, anatomo patologica, dimensoes 22 x 22 mm. Embalagem: caixa com 100 laminulas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, | Cx | 20,00 | | | | |
| 204 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00014423-1 CAIXA, porta laminas, em polipropileno, com capacidade para 100 laminas. | Un | 60,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 205 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00017021-6 PERA, de goma ,com 03 (tres) valvulas, em borracha vermelha, para pipetas com capacidade de ate 100 ml. | Un | 30,00 | | | | |
| 206 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00017167-0 BALAO, uso laboratorial, volumetrico, em vidro borosilicato, transparente, fundo chato, gargalo longo, rolha de teflon, capacidade para 1000 ml. | Un | 160,00 | | | | |
| 207 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00018843-3 GRAL, em porcelana, com pistilo, diametro 90 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 40,00 | | | | |
| 208 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00068775-8 PLACA, de petri , em vidro, dimensoes 80 mm (diametro) x 15 mm (altura), com tampa. | Un | 1.400,00 | | | | |
| 209 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00069018-0 CABINA, de seguranca biologica, de fluxo laminar, vertical, classe II tipo A1, com 70% de recirculacao e 30% de exaustao do ar, filtro hepa A3 construido em aco com tratamento anticorrosivo, base com rodizios giratorios, gabinete de trabalho em aco AISI 304 com dimensoes internas minimas de 120 cm (largura) x 60 | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 210 | cm (profundidade) x 55 cm (altura), janela frontal de vidro temperado, lampada uv e fluorescente internas. O equipamento deve possuir manometro embutido.Tensao de alimentacao com fonte chaveada fullrange 0 a 240 volts, de modo automatico ou, no caso de nao ser automatica esta conversao, que seja em acordo à unidade contemplada com o equipamento. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00098043-9 TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes de 10mm x 75mm, parede reforçada, com tampa de rosca em baquelite. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de analise. | Un | 1.000,00 | | | | |
| 211 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00098399-3 PESCADOR, de barra magnetica, dimensoes 10 x 250mm, revestido de material inerte para facilitar a remocao de barra magnetica do fundo de vidraria | Un | 20,00 | | | | |
| 212 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00098544-9 PIPETA, de Pasteur, em polietileno, capacidade 3,5 ml, graduada ate 3,0ml, descartavel, nao esteril, ponta grossa. Embalagem: com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante. | Un | 3.000,00 | | | | |
| | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00101281-9 | | | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 213 | PIPETA, eletronica motorizada monocanal de alta precisao , volume de 2 a 20ul, ejetor automatico de ponteiros, pistao de aço inoxidavel e ou ceramica isento de lubrificante,estrutura plastica resistente em ABS ou PVDF, parte inferior autoclavavel , com operacao de aspiracao e dispensa, suporte individual para fixacao ,calibracao de fabrica acompanhado de certificado de calibracao e manual de instrucoes. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00103393-0 | Un | 1,00 | | | | |
| 214 | PIPETA, eletronica motorizada monocanal de alta precisao , volume de 20 a 200ul, ejetor automatico de ponteiros, pistao de aço inoxidavel e ou ceramica isento de lubrificante,estrutura plastica resistente em ABS ou PVDF, parte inferior autoclavavel , com operacao de aspiracao e dispensa, suporte individual para fixacao ,calibracao de fabrica acompanhado de certificado de calibracao e manual de instrucoes. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00103394-8 | Un | 1,00 | | | | |
| 215 | PIPETA, eletronica motorizada monocanal de alta precisão, volume de 200 a 1000ul, ejetor automático de ponteiros , pistao de aço inoxidavel e ou ceramica isento de lubrificante,estrutura plastica resistente em ABS ou PVDF, parte inferior autoclavavel , com operacao de aspiracao e dispensa, suporte individual para fixacao, calibracao de fabrica acompanhado de certificado de calibracao e manual de instrucoes. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00103395-6 | Un | 2,00 | | | | |
| 216 | MINICENTRIFUGA (spin), com capacidade minima para seis microtubos tipo eppendorf de 1,5mL a 2,0mL. Deve acompanhar rotor para no minimo de duas tiras de oito microtubos de 0,2mL a 0,5mL. Voltagem 110/220V, garantia de 01 ano e manual de instrucao. | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 217 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00105626-3 CONDUTIVIMETRO, portátil, digital, para medir Condutividade, Resistividade, Solida Total e Temperatura. Com as seguintes características: deve possuir compensação automática de temperatura na faixa de 0 a 100°C, função "Temperatura Fixa" que permite ajustar o valor da Temperatura quando sensor for removido. Com escalas de medição mínimas de 0,00 a 20,00µS/cm e 20,0 a 200,0 µS/cm / 0,0 a 200 µS/cm e 200 a 2000 µS/cm / 0,000 a 2,000 mS/cm e 2,00 a 20,00 mS/cm. Precisão melhor que 3%. Display LCD 16 Caracteres x 2 linhas. Alimentação por Bateria de 9V alcalina. Manual de Instruções em português. Com suporte completo para célula -solução padrão -termometro. Garantia mínima de 01 ano. Bolsa para transporte. Com Certificado de calibração acreditado RBC (Rede Brasileira de Calibração) | Un | 1,00 | | | | |
| 218 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00108210-8 AUTOCLAVE, horizontal digital, capacidade 12 litros, de bancada, com camera interna em aço inox contendo duas bandejas em metalretiraveis, gabinete externo em metal com pintura eletrostatica anticorrosiva e ou aço inoxidavel sem arestas.Possuir ciclos de esterilizacao pre-programados para as temperaturas de 121°C e 134°C, com dimensões máximas de 40 centímetros de largura e50 de profundidade. Alimentacao 110 ou 220V. Garantia de 2 anos, atendendo as normas internacionais vigentes. Possuir registro na Anvisa.Unidade de fornecimento: UN | Un | 1,00 | | | | |
| 219 | >> Ref. SAEB => 66.40.19.00108211-6 PROVETA, de vidro borosilicato, calibrada a 20 graus C, classe A, graduada em silk screen; faixas em azul | Un | 50,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 220 | ou vermelho graduada a acido, pe de polietileno sextavado, , sem rolha, capacidade para 10ml, divisao 1/10ml, limite de erro 0,1ml, diametro externo 14,5mm, altura total 150mm. >> Ref. SAEB => 66.40.20.00000613-0 TUBO capilar para micro-hematocrito, sem heparina. Embalagem: caixa com 500 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, procedencia e data de fabricacao. | Cx | 100,00 | | | | |
| 221 | >> Ref. SAEB => 66.40.20.00002407-4 LAMINA, uso laboratorial, com extremidade fosca lapidada, cortada, dimensoes 26 x 76 mm, precisao dimensional da espessura entre 0,8 a 1,4 mm, para microscopia. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo dados de identificacao em portugues e marca do fabricante. | Cx | 10,00 | | | | |
| 222 | >> Ref. SAEB => 66.40.20.00003715-0 AGITADOR, magnetico, com aquecimento, faixa de temperatura : + 5 a 550°C - Placa de ceramica, extremamente duravel, facil de limpar e resistente a ambientes de laboratorio; - Velocidade de agitacao: 60 a 1150rpm; - Dimensoes da placas:12,7cm X 17,8cm; - Visor digital; - Iluminacao de seguranca para indicar se a placa esta quente. - Com possibilidade de incluir sensor tipo probe de temperatura externa (sensor nao incluso) - Vontagem: 220V | Un | 5,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 223 | <p>- Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000830-3</p> <p>CAPELA, de fluxo laminar vertical, com um posto, cabine de fluxo laminar vertical com 90% de recirculacao de ar e 10% de extracao de ar Dois ventiladores centrifugos de alta eficiencia Painel de controle digital com display LCD, incluindo: - selecao de velocidade normal ou stand by; - funcao programacao de tempo para exposicao de radiacao UV no interior da zona de trabalho da cabine; - indicadores luminosos sobre o estado dos componentes da cabine: velocidade de ar, iluminacao, UV e saturacao dos filtros (opcional nao incluso, ref.:1971) - indicador luminoso de alarme; - ajuste da velocidade do ventilador; - contadores de horario de funcionamento da cabine e da lampada UV. Selecao parado ou em funcionamento Conexao para tomada eletrica no interior da cabine Controle de qualidade final e certificacao para cada equipamento com os resultados dos testes realizados segundo normas. Zona de trabalho com aco inoxidavel polido, dividido em tres pecas moveis e autoclavaveis. Laterais e frontal de cristal resistente aos raios UV. Cristal frontal com amortecedores Construcao de acordo com as normas internacionais, com componentes de alta qualidade e facil</p> | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 224 | <p>manutencao. Dimensoes externas: 1260x845x1290 Dimensoes internas: 1230x670x700 Velocidade do fluxo laminar: 0,40m/s Velocidade de ar extraido: 130m3/h Peso: 140Kg Iluminacao: >650lux Ruido:<60dB Filtros: HEPA/ULPA H14 eficiencia > 99,999% (DOP) classe 10 Com kit UV, tomada para gas e tomada para vacuo inclusos. Contendo: - Mesa suporte para Cabine de Fluxo Vertical - Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000845-1</p> <p>TERMOCICLADOR, real time, qPCR) com as seguintes características; - Bloco de formato 96 x 0,2 ml - 8 blocos Peltier com circuito quadruplo empregando tecnologia para melhorar o desempenho - Uniformidade do bloco a 50 °C, melhor do que ± 0,3 °C - Taxa de aquecimento ate 2,2 °C / s - Faixa de temperatura de 4 °C a 98 °C</p> | Un | 1,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Volume de amostra 15 a 50ul - Tampa aquecida ajustavel entre 100 °C e 115 °C em incrementos de 1 °C ou menos - Menos de 15% de perda de volume usando filme de vedacao recomendado pela Techn - Conexao via USB, compativel com Win XP SP3 ou superior - Excitacao atraves de fonte de luz branca de alta energia do tipo LED - Sistema de deteccao e contagem atraves de tubo fotomultiplicador - Deteccao Multiplex, ate 4 fluoroforos simultaneos por tubo de reacao - Faixa de excitacao de fluorescencia 470nm - 650nm (padroes de filtros estao centrados em 485, 530, 580 e 640nm) - Faixa de deteccao de fluorescencia 500nm - 710nm (padroes de filtros centrados em 520, 560, 615 e 685nm) - Faixa dinamica, deteccao de pelo menos nove ordens de grandeza da concentracao do DNA - Sensibilidade (limiar de deteccao) 1nm de fluoresceina em uma amostra de 20ul - Resolucao de 1,5 vezes a diferenca na concentracao de DNA alvo - Software Quansoft - completo, livre de licencas de instalacao e upgrades - Peso 25 quilogramas - Dimensoes 41 x 51 x 54 centimetros (L x A x P) - Entrada de alimentacao 715W - Fonte de alimentacao 100V a 230V, 50/60 Hz <p>Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>ITEM AUTORIZADO SEM ANALISE DA SAEB PARA USO EXCLUSIVO DA SECTI</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000931-8</p> | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 225 | TIMER de horario, em plastico, com contador de 60 minutos, contagem progressiva e regressiva e alarme, para monitorar o tempo durante a execucao de ensaios laboratoriais. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.45.00.00043781-6 | Un | 20,00 | | | | |
| 226 | CRONOMETRO, digital, memoria de no minimo 08 (oito) Lap, com funcoes de marcar horas, minutos, segundos, centesimos, e milésimos, resistente a agua, com correia para pescoco. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.45.00.00092516-0 | Un | 6,00 | | | | |
| 227 | TIMER, de horario, com 3 canais de programacao, display simultaneo, com contagem regressiva para hora e alarme, bivolt. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.45.00.00105587-9 | Un | 20,00 | | | | |
| 228 | ESTEREOMICROSCOPIO, com tubo stienetoph binocular, ajuste de dioptria na ocular esquerda, sistema de zoom gradual, haste de alongamento, iluminacao epscopica fluorescente, iluminacao diascopica halogenio, alimentacao automatica, objetiva zoom com faixa de 0,7 a 4,5x, bivolt. >> Ref. SAEB => 66.50.00.00044394-8 | Un | 8,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 229 | MICROSCOPIO, biologico, binocular, objetivas planacromaticas 4x/10x40x/100x, revolver porta-objetivas 4 posicoes e diafragma de campo incorporado, voltagem automatica 100 ~240v 50/60 Hz. Tubo de observação binocular. Par ocular de 10x (20mm), de campo amplo e ponto focal alto, numero de campo F.N. 20, 25mm de diametro de fixas no tubo de observacao, lampada halogena 6v/30w. >> Ref. SAEB => 66.50.00.00068390-6 | Un | 18,00 | | | | |
| 230 | MICROSCOPIO, estereoscopico, com sistema optico desenvolvidos para trabalhos de ensino e rotina, sistema optico zoom com fator 4,4:1 para aumentos continuos de 13 x a 56 x sem perda de foco atrves de botoes com escala graduada campo de visao 4,3 mm a 18,8 mm e distancia de trabalho minima de 90 e máxima de 100 mm, base retangular equipada com placa central circular transparente com iluminacao homogenea tipo luz comando liga-desliga, tubo binocularentre 60 a 75 mm, equipada com par de oculares de 16 x , voltagem automatica 100/240 Volts, 50/60 HZ >> Ref. SAEB => 66.50.00.00100280-5 | Un | 20,00 | | | | |
| 231 | ESTEREOSCOPIO de bolso, com aumento de 4X, ajuste interpupilar de 55-75 mm, fabricado em poliestireno de alto impacto, acompanhado de estojo para protecao >> Ref. SAEB => 66.50.00.00100860-9 | Un | 4,00 | | | | |
| 232 | MICROSCOPIO, biologico, binocular. Com as seguintes caracteristicas: - Com estativa composta de base e coluna de design ergometrico. | Un | 3,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Todas as partes estruturais metálicas. - Revolver invertido para 04 objetivas planacromáticas 4x, 10x, 40x, 100x imersão e retrátil. - Sistema de óptica infinita. - Um par de oculares de 10x, com campo amplo de 20mm, com movimento 180° para as oculares, com ajuste interpupilar de 48 a 75mm. - Ajuste para diferentes dioptrias para as duas oculares. - Macro e micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot. - Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2mm por rotação e curso 37,7mm. - Charriot que permite colocação de duas lâminas, com movimento cruzado em x e y. - Platina fixa, com trava de segurança que evita a quebra de lâminas. - Iluminação halógena controlada por placa eletrônica 6 volts/ 30 watts, com iluminador e refletor. - Condensador móvel e centralizável tipo abbe 1,25NA, com diafragma de campo para regulagem da iluminação Koehler de íris e filtro azul. - Bivolt (110 e 220 volts), 50/60hz. - Manual de instruções. - Capa de proteção com tratamento anti-fúngico. - Óleo de imersão. - Lâmpada reserva. - Registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação e armazenamento da ANVISA. - Garantia mínima de 01 ano. <p>Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00105642-5</p> | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| | 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Assinatura |
| Validade da Proposta | | | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 233 | ESTEREOMICROSCOPIO, binocular Com as seguintes características: - Estativa totalmente em metal - Tubo com inclinacao e ajuste interpupilar; - Engrenagem metalica; - Par de oculares focalizaveis de campo amplo com ampliacao minima de 10x; - Com lampada halogena ou led; - Zoom com sistema de click stop; - Tensao bivolt(110 e 220 volts); - Manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues; - Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de entrega do equipamento >> Ref. SAEB => 66.50.00.00113325-0 | Un | 26,00 | | | | |
| 234 | MICROSCOPIO, binocular com sistema para cinco observadores, revolver com porta objetiva de no minimo 4 posicoes, objetivas planacromaticas com otica infinita de no minimo 4x, 10x, 40x e 100x, oculares de 10x alimentacao bivolt ou 220v Iluminacao de minima de 6/20w, contraste de fase, capa de protecao, cabo de alimentacao.Garantia de no minimo de 12 meses e manual de instrucoes em portugues. >> Ref. SAEB => 66.50.00.00129039-8 | Un | 10,00 | | | | |
| 235 | MICROSCOPIO, estereoscopico para trabalhos de ensino e rotina. - Sistema optico zoom com fator 4,4:1, para aumentos continuos de 8x a 70x, sem perda de foco atraves de botoes com escala graduada. - Base com placa central transparente para iluminacao transmitida. | Un | 8,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 236 | - Iluminadores integrados para luz transmitida e incidente através de LED. - Comandos liga-desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. - Modo automático que desliga o equipamento após 60 minutos sem este ser utilizado. - Par de oculares de grande campo de 10x, sendo uma delas focável. Par de oculares de grande campo de 20x/12mm, sendo uma delas focável. - Fonte de alimentação integrada e automática - 100V a 240V/50-60Hz. Capa de proteção e manual de instruções. >> Ref. SAEB => 66.50.00.00134244-4 CAMERA, fotografica, digital, para microscopia, marca CARL ZEISS, modelo AxioCam ERc S com as seguintes características: (USO EXCLUSIVO DA UEFS LIBERADO SOB JUSTIFICATIVA DEFERIDA). Resolução de imagem: 5 (megapixels) - Alta sensibilidade (Sensor: Micron MT9P031, 5 Megapixels, colorido, CMOS Resolução Básica: 2560 (H) x 1920 (V) 5.0 Megapixels Tamanho do Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm Tamanho do sensor: 5.7 mm x 4.28 mm equivalente a 1/2.5" (diagonal 7.1 mm) com driver AxioVision driver, ferramentas de configuração e conexão via cabo USB 2.0 3m, acoplada ao microscópio binocular com iluminação transmitida de 30W para campo claro, objetivas planacromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x, oculares de 10x/18, condensador fixo, charriot do lado direito, revolver para 4 objetivas, tratamento antifunco nas oculares, tubo e objetivas - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do Fabricante. >> Ref. SAEB => 66.50.11.00025545-9 | Un | 1,00 | | | | |
| 237 | GPS, portátil, para mapeamento móvel. | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 238 | <ul style="list-style-type: none"> - Receptor com mínimo de 12 canais paralelos e independentes; - Mínimo de 500 waypoints com nomes e simbolo grafico; - Mínimo de 20 rotas; - Tracklog automatico com mínimo de 05 rotas para armazenamento; - Tempo de aquisicao mínimo de dados de 15 segundos (quente) e 45 segundos (frio); - Precisão da posicao mínimo de 7 metros em 95% típico; - Precisão de velocidade mínimo de 0,05 metros/segundo; - Menus disponiveis no mínimo em 10 idiomas; - Suporta Intervalos mínimos de temperaturas entre: -10° C a 70° C; - Tela de LCD liquido de alta resolucao; - Resistencia a a prova d'agua; - Carregamento com 02 pilhas tipo AA; - Cabo de transferencia de dados; - Manual em portugues; - Capa de protecao; - Garantia mínima de 12 meses. <p>>> Ref. SAEB => 66.55.00.00097675-0</p> <p>GPS, cadastral, com no mínimo de 12 canais, antena interna e externa.</p> <p>Com as seguintes características:</p> <p>Clock processador de 300Mhz a 520 Mhz. Memoria RAM mínima de 64Mb e Máxima de 128 Mb.</p> | CD | 2,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 239 | <p>Memoria flash minima de 128 Mb. Memoria externa tipo SD card. GPS L1/CA, L1 e SBAS. SBAS entre 1 a 5 metros. Pos processado entre 1 e 5 metros. Tamanho de tela minimo de 2,7" e maximo de 3,5" . Autonomia minima de 6 horas. Temperatura de operacao: - 10°C e maxima de 60°C. Interfase USB, Blueooth, WLAN. Garantia minima de 1 ano</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.55.00.00101136-7</p> <p>BALANCA analitica, eletronica, capacidade 210 g, resolucao de 0,1 mg, com recurso de auto calibracao, bivolt(110 e 220 volts).</p> | Un | 5,00 | | | | |
| 240 | <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00060744-4</p> <p>BALANCA, eletronica, semi-analitica, capacidade minima de 3000 g, resolucao de 0,01 g, com calibracao automatica, linearidade maxima de 0,02 g, tempo de estabilizacao nao superior a 3 segundos, tara digital, sistema mecanico de protecao contra sobrecarga, bivolt(110 e 220 volts).</p> | Un | 6,00 | | | | |
| 241 | <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00061769-5</p> <p>BALANCA, eletronica, capacidade maxima 30 (trinta) kg;</p> | Un | 3,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| | 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Assinatura |
| Validade da Proposta | | | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 242 | <p>Com as seguintes características: - Capacidade minima 100 (cem) gramas; - Divisoões de 5 (cinco) gramas; - Tara maxima de 30 (trinta) kg; - Prato de pesagem em aco inox com rampas de acesso; - Equipada com Display indicador de peso remoto em LCD com o minimo de 5 (cinco) digitos; - Tecla de Tara e Zero; - Indicador de equipamento ligado; - Indicador luminoso de Tara memorizada; - Interface serial para conexao a CPU, no padrao RS-232-C; - Equipado com cabo de conexao a CPU do PDV, no padrao RS-232-C, com conector DB9 femea; - Fonte de alimentacao bivolt(110 e 220 volts), com chave de selecao automatica ou manual; - Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses prestada no estado da Bahia.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00101240-1</p> <p>BALANCA, eletronica Digital de bancada com capacidade de 0,000 a 6,000 Kg; tara ate 6,000 Kg; clase de exatidao III; display em LCD constituído por 6 digitos, com indicadores luminosos, enumeracao de peso bruto ou liquido em quilograma, com indicacao minima de 1 incremento abaixo de zero e indicação de 5 incrementos acima da capacidade; gabinete em plastico ABS. prato inox, pes niveladores, teclado a prova de respingos de agua, capacidade programavel via teclado, zeramento automatico, com retorno sonoro, filtro digital contra vibracoes, modo de operacao contadora e pesadora; 110/220VCA, frequencia 50/60Hz</p> <p>>></p> | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 243 | Ref. SAEB => 66.70.00.00139834-2 BALANCA, semi analitica digital, com capela, 310g x 0,001g (1mg); capacidade minima: 310g; resolucao: 0,001g (1mg); linearidade maxima: 0,003mg; possuir funcao de auto calibracao; diametro minimo do prato: 100mm; capela (camara de pesagem) com 3 portas corredicas; interface de dados RS232; tensao de alimentacao bivolt: 110/220V; modelo aprovado pelo INMETRO com selo de verificacao inicial emitido pelo IPEM. | Un | 4,00 | | | | |
| 244 | >> Ref. SAEB => 66.70.15.00003145-3 BALANCA, eletronica de precisao, digital, capacidade 1000 gramas, sensibilidade de 0,05 gramas, prato em aço inoxidavel, acabamento em esmalte poliuretano, tensao 110/220 volts. | Un | 5,00 | | | | |
| 245 | >> Ref. SAEB => 66.70.19.00100432-8 BALANCA, semi - analitica, Carga Maxima: 6200g; Resolucao: 0,01g; Repetitividade: 0,01g; Linearidade: 0,02g; Tempo medio de Resposta: 1,3s; Peso minimo conforme erro 1% e s=2 : 2 g; Peso minimo conforme Farmacopeia Americana (USP): 30g; Tamanho do Prato: 190 x 204 mm; Dimensoes (L x P x A) mm: 213x342x88; Peso Liquido: 4,7 Kg; | Un | 4,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 246 | <p>Voltagem: 100 - 240 V 50/60 Hz; Construída em polímero de alta resistência química e mecânica. Celula de carga por compensação de força eletromagnética tipo MONOLITHIC. Sistema de ajuste automático com peso interno motorizado acionado por tecla ou automaticamente pela variação da temperatura ambiente ou por período de tempo determinado "isoCAL". Duas teclas de tara para melhor acesso de operadores destros e canhotos. Indicador de nível. Acesso para pesagem por baixo da balança. Dispositivo anti furto. Filtros para adaptação ao ambiente. Possibilita uma identificação alfa numérica com até 7 caracteres e indicação de data e hora. Interface RS232 de 25 pinos configurável para conexão com PC ou acessórios. Possibilita conexão direta com Hyper Terminal (Microsoft). Programas de aplicação com as seguintes funções: Mudança de unidades de massa/ Contagem de peças / Pesagem em porcentagem / Formulação líquido-total / Totalização / Peso médio - pesagem de animais / Cálculo / Determinação de densidade. Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.28.00000997-0</p> <p>PIROGRAFO, profissional, para trabalhos manuais, com controle de temperatura, bivolt, ajuste de potência de no mínimo 12,5 A, recomendado para uso médio de até 04 hs. - Número de acessórios não inferior a 05 unidades, para desenhos em madeira, couro, cortica, veludo etc.</p> | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Material | | Licitação | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão |
| Endereço | | | | CP002/2014 | |
| | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 247 | - Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.75.00.00100327-5 OXIMETRO, portatil, uso laboratorial, para determinação de oxigênio em amostras de água Faixa de medição mínima 0 - 20 mg/L Faixa de temperatura mínima 0 - 40 graus centígrados Resolução mínima 0,01 mg/L Precisão mínima 1,5 % da escala total Alimentação por meio de baterias (pilhas) Garantia mínima de 12 meses Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante | Un | 1,00 | | | | |
| 248 | >> Ref. SAEB => 66.80.11.00006995-7 TERMOHIGROMETRO digital, para determinar a temperatura e a umidade de ambientes, com escala de temperatura -15 + 50 graus C e faixa de medição de umidade de 25 a 98%. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Un | 3,00 | | | | |
| 249 | >> Ref. SAEB => 66.85.00.00043691-7 TERMOMETRO, analogico, com escala graduada de -10 a +110 graus centígrados, sensibilidade de 1,0 grau centígrado, escala interna (sem alto relevo), coluna de alcool, enchimento com liquido vermelho, comprimento aproximado 260 mm, diametro 7-8 mm, para controle de temperatura em laboratorio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Un | 50,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 250 | >> Ref. SAEB => 66.85.00.00050228-6 TERMOMETRO, analogico, com trava de maxima, escala interna, de -10 a + 150° C e divisao de 1°C. Transparente, capilar prismatico, enchimento Hg, diametro 7 a 8mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 10,00 | | | | |
| 251 | >> Ref. SAEB => 66.85.00.00066243-7 TERMOMETRO, digital uso laboratorial, de cristal liquido, tecla liga/desliga, trava e programacao para alarme, alimentacao a bateria, escala de temperatura minima -50 a +300 graus C Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante | Un | 10,00 | | | | |
| 252 | >> Ref. SAEB => 66.85.00.00071298-1 TERMOMETRO, digital de alcancede medicao - 50° C a 260° C, resolucao 0,1 ° C a 0,5° C. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 4,00 | | | | |
| 253 | >> Ref. SAEB => 66.85.11.00018754-2 TERMOMETRO, digital, de maxima e minima, com cabo e sensor de temperatura para medicoes internas (camaras de refrigeradores, freezer, etc.) e simultaneamente, de temperatura externa, resolucao de ± 0,1°C, precisao basica de ± 0,1°C, alimentacao com 01 bateria de 1,5 volts. Com as seguintes caracteristicas: | Un | 5,00 | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 254 | <ul style="list-style-type: none"> - Display: LCD. - Resolucao: ±0,1°C - Precisão: ±0,1°C - Faixa de Temperatura: Interna: de -10°C a +50°C; externa: de -50°C a +70°C - Unidade de Temperatura Seleccionavel de °C / °F. - Suporte de mesa - Memoria: Leitura Maxima e Mínima. - Atualizacao das medicoes em no maximo 10 segundos. - Alimentacao: 1 Bateria AAA de 1,5V ou equivalente. - Tamanho minimo do cabo do sensor: 3 metros - Diametro do Sensor de temperatura: 9 mm - Alarme de temperatura programavel - Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. <p>>> Ref. SAEB => 66.85.15.00002266-7</p> <p>DESTILADOR, de agua, para instalacao em bancada, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - base e laterais em aco inox - sistema purificacao: 02 condensadores verticais em vidro, rendimento minimo 10 litros/hora - termostato metalico - desligamento automatico por falta de agua em rede - dimensoes aproximadas: comprimento 560mm, largura 240mm, altura 450mm - sistema de purificacao por condensador de goticulas de agua em ebulicao - resistencias encapsuladas | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 29/09/2014 09:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 27/08/2014 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input checked="" type="checkbox"/> Concorrência | <input type="checkbox"/> Pregão | CP002/2014 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sistema comados por disjuntores unipolares com chave liga/desliga - termometro de seguranca bimetalico - consumo de agua por litro destilado maximo 20 litros/hora - cabo de forca, dupla isolacao - voltagem bivolt (110 e 220 volts) - registros INMETRO, ANVISA e selo PROCEL - manual de operacao em portugues - garantia minima de 01 ano - tolerancia variacao dimensional +/- 10%. <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.95.19.00015507-1</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT vide o Edital de Licitação e seus anexos.</p> | | | | | | |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

29/09/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo