



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE032/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	ESPECTROFOTOMETRO UV visível, duplo feixe operando de 190 a 1100nm, fenda fixa de 1,5nm, ótica totalmente reflexiva, selada contra poeira e vapores, espelhos recobertos com quartzo e calibração automática, velocidade de varredura de até 7000nm/min., exatidão de comprimento de onda de + ou - 0,2nm, reprodutibilidade do comprimento de onda de + ou - 0,04nm, exatidão fotométrica de + ou - 0,002ABS (a 01 ABS), linearidade fotométrica melhor que 1% (a 3 ABS), ruído fotométrico <0,00005 A RMS a 0 A e <0,0001A RMS a 1A, luz espúria menor que 0,01% T (a 340nm), possibilidade de controlar uma série de acessórios para operação com reflectância, amostragem automática, troca automática de cubetas e controle de temperatura, todos através da conexão a interface pre-existente no comprimento de amostras (150 x 125 x 280mm), sem necessidade de extensão do compartimento ou inclusão de placas adicionais, suporte para duas cubetas quadradas de 10mm, detector fotodiodo de silício, análise multicomponente, análise de cor - DNA - MELT e compilação para GLP/GMP, alimentação 110 ou 220 Vac, 60hz, acompanhada microcomputador externo com a seguinte configuração mínima: pentium 200MHz, 32 MB de memória RAM, 3,0 MB HDD, 2 interfaces seriais, monitor SVGA 14", mouse e windows 98. Deve acompanhar também software que opere em ambiente windows, com programação e controle total do equipamento e seus acessórios e automação de qualquer rotina de operação, aplicações para medidas de absorbância, varredura, cinética e concentração.	Un	1,00				
2	PLACA, de Aquecimento, uso laboratorial, com indicador de controle de temperatura, faixa de trabalho de +20°C a +500°C, tempo em material resistente a ácidos, dimensões do tempo 31 cm (largura) x 31 cm (profundidade) x 3 cm (altura), voltagem 220 volts, garantia mínima de 01 ano.	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

11/07/2014

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

26/06/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE032/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	AGITADOR, tipo vortex, capacidade para tubos ate 3 cm de diametro, apoio de tubo em borracha, acionamento do tubo por leve pressao, controle eletronico de velocidade da agitacao, pes do tipo ventosa, dois tipos de funcionamento: continuo ou por pressao do tubo, potencia 30 W, bivolt (110 e 220 V). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00043546-5	Un	3,00				
4	BURETA, digital, para medicao de volumes, adaptavel a frascos com roscas de diversos tamanhos, acompanhada de adaptadores para os frascos, display digital em cristal liquido, permite calibracao pelo usuario, valvula safety prime para purga, opcao de retorno do liquido, sem reservatorio, capacidade 50 ml, resolucao 0,01, exatidao 0,2% em 50 microlitros, coeficiente de variacao 0,1%, assistencia tecnica permanente, garantia minima de 01 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00045361-7	Un	1,00				
5	MEDIDOR, de pH digital, microprocessado, portatil, calibracao pH automatica, compensacao de temperatura automatica, reconhecimento da solucao tampao, provido de eletrodo padrao tipo combinado com corpo de vidro para uso geral e cabo com conector BNC; solucoes de calibracao; termocompensador e suporte para eletrodo - Especificacoes tecnicas: Faixas pH 0,00 a 14,00. Resolucao pH: 0,01	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas		Data	
11/07/2014	14:30	26/06/2014	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo	<input type="checkbox"/> Amostra	<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE032/2014	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	<p>Precisao pH: +/- 0,02 Faixa mV: 1.999 Resolucao mV: 1 Precisao mV: +/- 0,2 calibracao PH: Feita com no minimo 2 valores de referencia Faixa temperatura: 0,0 a 100,0°C Resolucao temperatura: 0,1°C Precisao temperatura: +/- 0,2°C</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00060863-7</p> <p>EVAPORADOR, rotativo, base robusta e estavel que completa seguranca ao operador, com comandos embutidos na base do aparelho, controle eletronico da velocidade de rotacao entre 10 e 120 rpm, sistema articulado da facil manuseio para levantamento rapido do conjunto, movimento articulado de 10 cm na elevacao e giratorio de 360 C, banho maria incorporado na base com termostato bulbo capilar em inox, temperatura do banho entre 30C e 120C, condensador em vidro borosilicato reforçado com grande area de evaporacao, serpentina dupla, balao de evaporacao em borosilicato de junta esmerilhada 24/40, tipo pera com capacidade para 1 litro, com juntas 24/40 esmerilhada, pincas dos baloes em material plastico, cabo de forca com dupla isolacao e plug 3 pinos, 2 fases e 1 terra, atendendo a nova norma da ABNT NBR 14136, volts 220v, watts 1000w.</p>	Un	2,00				
7	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00023377-3</p> <p>BALANCA, eletronica, semi-analitica Com as seguintes caracteristicas:</p>	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

11/07/2014

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

26/06/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE032/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>- capacidade minima de 310g - Bivolt(127 e 220 volts); - Sensibilidade de divisao minima de 0,001g - reprodutibilidade minima de 0,002g - certificado de aprovacao do INMETRO - comprimento minimo do prato de 100mm - garantia minima de 24 meses Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00090565-8</p> <p>BALANCA, eletronica, capacidade minima 125 g, capacidade maxima 15 Kg, divisoes de 5 g, tara de 9Kg display no painel dianteiro e traseiro que permita a apresentacao display no painel dianteiro e traseiro que permita a apresentacao de no minimo 5 caracteres, teclado de liga /desliga, tecla de tara indicador luminoso de equipamento ligado indicador luminoso de tara memorizada interfaces para conexao a CPU no padrao RS232-C fonte de alimentacao bivolts (110 e 220) com chave de selecao automatica ou manual interface para conexao de indicador de peso remoto equipada com display indicador de peso remoto e cabo de conexo a CPU do PDV no padrao RS-232 com conector DB9 femea Garantia do fabricante minima de 36 (trinta e seis)</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas		Data	
11/07/2014	14:30	26/06/2014	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE032/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
>>	Ref. SAEB => 66.70.00.00096691-6 OBSERVAÇÃO PARA O PCT Para preenchimento do Pedido de Cotação, observe o item 4, Parte "B", do edital de licitação.						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas		Data	
11/07/2014	14:30	26/06/2014	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Amostra		<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo