



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE075/2014
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	AUTOCLAVE, hospitalar, horizontal, para odontologia, com capacidade minima de 20 litros e maxima de 25 litros, comando digital automatico, microprocessado, programacao para no minimo os 02 ciclos, 120 e 134 graus celcius, admissao de ar com filtro hidrofobo, indicacao de vacuo, indicador de pressao na camera interna, sistema de controle de pressao, esterilizacao a vapor de agua saturado sob pressao, remocao do ar por purgacao, gerador de vapor interno, reservatorio de agua com capacidade minima de 4 litros e maxima de 15 litros, camera interna em aco inoxidavel, acabamento polido sanitario, gabinete em aco carbono, pintura eletrostatica, epoxi, cor cinza ou branca, acabamento fosco, com uma porta dobradica com fechamento com dispositivo que possua sistema de vedacao com guarnicao em silicone, travamento rosqueado, sistema de seguranca que nao permite o funcionamento com porta aberta, sistema de controle de pressao, valvula de seguranca calibrada e lacrada, resistencia inox, tensao de alimentacao automatica 90 a 240 volts ou caso o fornecedor nao fabrique nesta configuracao, a tensao de alimentacao deve ser de acordo com a tensao vigente na unidade contemplada. Garantia de no minimo tres anos para o equipamento ofertado. Deve ser apresentado o certificado de registro do equipamento junto a ANVISA. A O equipamento deve ser fabricado em conformidade a norma ABNT-EB 2115. >> Ref. SAEB => 65.20.19.00105388-4	Un	1,00				
2	MESA de Mayo, com bandeja inox, armacao tubular pintada, sobre rodizios, altura regulavel. >> Ref. SAEB => 65.30.19.00003263-8	Un	3,00				
3	ARMARIO, uso hospitalar, vitrine, com 02 portas superiores, 02 prateleiras internas, laterais e frente em vidro, estrutura em chapa de aco pintado na cor branca, 02 portas inferiores, 02 prateleiras internas em chapa de aco pintado, fechadura com chave, dimensoes nao inferiores a 1,75 x 0,90 x 0,42m.	Un	4,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

23/09/2014

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

09/09/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE075/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	>> Ref. SAEB => 65.30.19.00003490-8 MESA, auxiliar, para uso geral, tampo em aço inoxidável, prateleira em aço inoxidável, estrutura em tubo de aço inoxidável AISI 304 , pes tubulares 3/4" cromados com rodízios de 1.5/8", tampo e prateleira em aço inox, dimensões mínimas de 1,50 x 0,60 m x 0,80m	Un	4,00				
5	>> Ref. SAEB => 65.30.19.00069208-5 CARRO, de curativo, com balde e bacia, construído em aço inox AISI 304, polido, características adicionais: sendo a estrutura em tubo de aço inox 1 polegada de espessura, chapa nº 16, tampos em chapa de aço inox com espessura nº 20, proteção nas laterais dos tampos de no mínimo 6cm de altura em aço inox de 5/16", com duas prateleiras em aço inoxidável, suporte para saco de lixo ou bacia na parte superior medindo no mínimo 30cm de diâmetro interno e suporte para lixeira ou balde na parte inferior medindo no mínimo 20cm de diâmetro interno; rodízios de no mínimo 3", sendo duas rodas giratórias e duas fixas (rodas de metal com pneus de borracha macia). Medidas mínimas do carro: 90cm de comprimento x 60cm de largura x 79cm de altura (mais 6cm de altura de proteção lateral). Acompanha balde e bacia em aço inoxidável AISI 304 polido com medidas adequadas para os suportes. Garantia mínima de 2 (dois) anos.	Un	4,00				
6	>> Ref. SAEB => 65.30.19.00096489-1 MESA, cirúrgica, não elétrica, que assegure as condições necessárias para procedimentos em cirurgia geral e especialidades, urologia, ginecologia e proctologia, dividida em 04 seções: 02 fixas e 02 móveis (sendo móveis a cabeceira e a seção de pernas, as demais sendo fixas); Deslocamento longitudinal manual ou tampo modular; sendo o tampo radiotransparente para procedimentos de raios-x e arco cirúrgico; reguas	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

23/09/2014

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

09/09/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE075/2014
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	laterais em aço inoxidável AISI 304 com corredeiras para colocação de acessórios; Base deve ser construída em aço SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aço inoxidável AISI 304, leito em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava, de fácil movimentação; Chassi deve ser em aço inoxidável em AISI 304; Deve dispor dos movimentos de: elevação de coluna, dorso, cabeça, perneira, semi-flexão de perna e coxa, semi-sentado. Flexão abdominal, lateral esquerda e direita, trendelemburg e trendelemburg e reverso acionados manualmente através de manivelas; Sistema de freio; elevação e descida; secao de pernas bipartidas; colchoes partidos confeccionados em poliuretano em espuma de PU de alta densidade ou outro material de qualidade tecnicamente comprovada Carga máxima de segurança entre 200 e 300 kg; Equipada com os seguintes acessórios: - 01 Arco de narcose em aço inoxidável; - 01 par de suporte para braços em aço inoxidável revestido em espuma com fixador aço inoxidável; 01 par de ombreiras em aço inoxidável revestido em espuma, 01 par de porta-coxas em aço inoxidável revestido em espuma com movimentos circulares e haste de fixação em aço inoxidável e 02 suportes de soros nas laterais; gaveta para escoamento de líquidos, 01 kit para cirurgia urológica adaptável a mesa. Dimensões mínimas de: comprimento do leito 1900 mm; Largura mínima do leito 500mm; Altura mínima do leito (com colchao 700mm) Altura máxima/mínima com colchao 1000mm; O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; O fornecedor deverá entregar os manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português Brasil); Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutenção preventiva, conforme indicam os manuais de operação e de serviço; Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento. Instalação do equipamento sem onus para a SESAB ou para a Unidade contemplada. Assistência técnica integral, no período de garantia, com todas as atividades vide cronogramas previstos nos manuais de operação e de serviço do fabricante, sem onus para a SESAB ou para a Unidade contemplada. >> Ref. SAEB => 65.30.19.00099212-7						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
23/09/2014	14:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	09/09/2014
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE075/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	CARRO, de emergencia, tipo unidade movel cardio-respiratoria, com autonomia eletrica; deve ser construido em chapa de aco com pintura eletrostatica ou epóxi ou material de qualidade superior; para-choque resistente de borracha ou material de qualidade superior, em toda a extensao do carro; bandeja de trabalho em aco inox com bordas elevadas; deve possuir pelo menos 04 gavetas sobre trilhos telescopios, sendo a primeira com divisorias para acomodacao de materiais de consumo, medicamentos, instrumental e outros; o fechamento das gavetas deve se dar atraves de trilhos tipos roletes e batentes ou outro dispositivo que impeca a retirada acidental das gavetas; deve possuir tabua de massagem cardiaca em material termoplástico resistente ou outro de qualidade superior; deve possuir compartimento para ressuscitadores manuais e mascaras; suporte para cilindro de oxigênio e cilindro de oxigênio; deve possuir bandeja superior para fixacao de cardioversor ou monitor, deve possuir suporte para soro, deve possuir 04 rodizios com movimento de 360 graus revestidos de borracha ou material de qualidade superior, sendo pelomenos 02 destes rodízios com sistema de freios, deve possuir cabo de forca com no minimo de 03 metros de comprimento e régua com pelo menos 04 (quatro) tomadas de distribuição. O carro deve também possuir puxador. Garantia minima de dois anos. >> Ref. SAEB => 65.30.19.00100102-7	Un	1,00				
8	MICROTOMO rotativo, totalmente motorizado para cortes sequenciais e precisos de materiais incluidos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluidos em resinas plasticas com as seguintes caracteristicas: - Sistema de avanço através de micromotor de passo, - Mecanismos deslizante sobre guias verticais e horizontais - Deslocamento horizontal não inferior a 30 mm e vertical não inferior a 70 mm, com indicador acustico e visual de final de curso. - Avanço e retrocesso motorizado do porta amostras em duas velocidades livremente selecionveis: 300	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
23/09/2014 14:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	09/09/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE075/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>micrometros /segundo e 900 micrometros /segundo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retracao do porta amostra durante o retorno a posicao superior, evitando contato amostra / navalha, autoajustavel em modo motorizado, ou selecionavel entre 5 e 100 rpm em modo manual, podendo ser ativado /desativado pelooperador - Mecanismo orientavel de alta precisao para fixacao e troca rapida do porta amostra ou porta cassete com comandos suaves para deslocamento vertical e horizontal, , click -stop a cada 2" e indicador da posicao zero. - Interruptor de seguranca instalado no painel frontal . - Unidade de controle separada, ergonômica com ângulo de inclinacao ajustavel, podendo ser instalada a esquerda e a direita do microtomo, para selecao e indicacao dos seguintes parâmetros: - Espessura de corte 0,5 a 100 micrometros - Espessura de desbaste: 1 a 600 micrometros - Velocidade de corte : 0 a 420 mm / s - Zona de corte ajustavel em funcao do tamanho da amostra - Comando para selecao entre corte ou desbaste -Totalizador de espessura e contador do numero de cortes efetuados <p>Caracteristicas operacionais: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metodo Manual - metodo convencional atraves de rotacao completa do volante ou movimeto pendular - Metodo Automatico motorizado - ciclos individual e continuo . - Painel frontal integrado para visualizacao dos seguintes paramentros : retracao, trava do volante, espessura de desbastes e corte , somatorio das espessuras e numero de cortes efetuados . - Freio eletromecanico para travamento do volante em qualquer pposicao de 0 a 360 °, com indicador visual na unidade de controle . - Bandeja movel para armazenagem de material de apoio insatalado na tampa superior . - Coletor de detritos de grande area em formato de "U" , instalado em torna da base . - Sub-base de alta estabilidade para fixacao do suporte da navalha . 						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
23/09/2014 14:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	09/09/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE075/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>- Suporte para navalhas descartaveis para corte de inclusoes em parafinas, com inclinacao ajustavel, equipado com protetores de segurancia e mecanismo de deslocamento lateral aproveitamento total do fio da navalha.</p> <p>- Porta -amostra para blocos ate 50 x 60 mm, com mecanismos de fixacao rapida ao microtomo</p> <p>- Permite posicionamento vertical e horizontal da amostra</p> <p>- Seletor de tensao 120 / 230 volts - 50 / 60 hertz</p> <p>- Capa protetora e manual de instrucao em portugues</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.20.00004354-0</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação.</p> <p>O Lote 001 será composto pelo item 1; O Lote 002 será composto pelo item 2; O Lote 003 será composto pelo item 3; O Lote 004 será composto pelo item 4; O Lote 005 será composto pelo item 5; O Lote 006 será composto pelo item 6; O Lote 007 será composto pelo item 7; O Lote 008 será composto pelo item 8; O número do Processo no site do Banco do Brasil é 555424</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
23/09/2014 14:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	09/09/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo