



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE082/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	MONITOR, de frequencia cardiaca, tipo cardiofrecuencimetro, interface USB, com os seguintes recursos: pulsacoes por minuto. Luz noturna; Transmissao de frequencia cardiaca codificada sem fio, comunicacao com o computador; ajuda de treinamento; cronometro progressivo independente; funcoes de relógio; frequencia cardiaca media por tempo parcial; frequencia cardiaca maxima por tempo parcial; tempo total do exercício; 03 ( tres ) limites de zona alvo com alarme visual e sonoro; resumo do exercício; arquivo do ultimo exercício; visor configuravel; Resistencia a agua; Indicador de nivel da bateria; controle de peso; calorias no exercício; Percentual de gordura nas calorias consumidas; manual de instrucao e garantia do fabricante de 2 anos. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.  >> Ref. SAEB => 65.15.11.00012772-8	Un	3,00				
2	APARELHO, de ultra-som, para fisioterapia, microcontrolado, com funcoes e leituras digital em display de cristal liquido de no minimo 4 linhas por 16 caracteres, teclas em infra vermelho (ativa por aproximacao), controle digital, deve ter modo continuo e pulsado (1/1, 1/2, 1/5); 01 cabecote de no minimo 3MHz em poliuretano, gabinete plastico de alta resistencia, cabo de forca tripolar destacavel, timer programavel no minimo ate 30min em passos de 1min.Deteccao de ausencia ou cabecote errado, sinalizado por sinal audio visual, indicacao de potencia de no minimo 3Wcm2 em passos de 0.1Wcm2.Movimento vibratorio no cabecote a 3480 vpm (vibracoes por minuto) no minimo, alimentacao eletrica 220 volts/60Hz. O equipamento devera possuir registro no Ministerio da Saude/Anvisa; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portuges; Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
19/09/2013	14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	06/09/2013
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE082/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	<p>manuais de operacao e de serviço; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-10; O fornecedor devera ceder as licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso; Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade; No periodo de garantia dos equipamentos devem ser assegurados os servilos de assistencia tecnica, prestada diretamente no Estado da Bahia, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutencao de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante; Os proponentes devrao obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima relacionados.Os itens nao informados serao considerados como nao atendidos.Os itens informados deverao ser comprovados.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 65.15.19.00069101-1</p> <p>ESTUFA, com controlador de temperatura de 50° a 250°C. Confeccionada em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta aluminio resistente a altas temperaturas. Externamente em pintura eletrostatica. Isolamento termico em la de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Chave liga/desliga, fusivel de seguranca, lampada piloto, suporte para termometro e dispositivo superior para saida de ar quente. Capacidade entre 80 litros a 100 litros. Tensao de trabalho 110/200V.</p> <p>&gt;&gt;</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
19/09/2013 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	06/09/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE082/2013
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	<p>Ref. SAEB =&gt; 66.40.10.00003784-2</p> <p>BALANCA, electronica, capacidade para 300 kg, divisao 100 g, display de cristal liquido, plataforma em aco SAE 1020 com piso em borracha anti-derrapante, montada sobre rodizios de polipropileno injetado regulaveis, coluna tubular com alca para puxar ou empurrar a balanca, faz a ligacao da plataforma de pesagem com o indicador de peso com bateria recarregavel de 70 horas de autonomia, nao necessitando ser conectada a rede eletrica Auto Desligamento do indicador de peso programacao para se auto desligar em 5, 10 ou 15 minutos., Botao Liga / Desliga</p> <p>&gt;&gt;</p> <p>Ref. SAEB =&gt; 66.70.00.00096912-5</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>1) Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT observar todas as orientações constantes na par te "B" do edital de licitação e seus anexos.</p> <p>2) Reiteramos a necessidade e OBRIGAÇÃO de apresentar catálogo dos produtos.</p>	Un	4,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
19/09/2013	14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	06/09/2013
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo