



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE091/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	BOMBA, de vacuo, para laboratorio, monobloco, com producao alternada de vacuo ou ar comprimido, vacuo final 26" ou 660 mmHg (no minimo), motor monofasico AC, potencia 1/4 HP, bivolt (110 e 220Volts), rotacao 60 Hz, 1725 rpm, elemento filtrante utilizado para filtrar o ar na entrada e na saida da bomba, copo de vidro do filtro de ar utilizado na entrada de ar (vacuo) e como reservatorio de oleo para lubrificacao, e na saida para reter oleo do sistema de lubrificacao, vacuometro para visualizar o vacuo, manometro para visualizar a pressao, valvula de regulagem da pressao de ar entrada e saida do tipo agulha, chave seletora de voltagem HH, interruptor liga-desliga, alca para transporte, base com pes de borracha para protecao e anti-vibracao. Manual de instrucoes, garantia minima de 1 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	8,00				
2	>> Ref. SAEB => 43.10.00.00113192-3 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com: - estrutura externa em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aco inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta); - sistema bivolt (110 e 220 volts); - cabo de forca com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra); - prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno; - dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm; - manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano.	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
21/10/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/10/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE091/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8 AGITADOR, magnetico, com aquecedor 230V, alcance de velocidade 2000 rpm, temperatura maxima 340 graus C, tamanho da chapa aquecedora minima de 125 mm de diametro, volume minimo de 05 litros, potencia de aquecimento minimo de 400W, dimensoes minimas de 168 x 220 x 105 mm, peso minimo 2,5 kg.	Un	10,00				
4	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00056131-2 BANHO MARIA, termostatizado, capacidade 12 litros Com as seguintes caracteristicas: - Alcance de temperatura: de ambiente a 100 graus C - Uniformidade: +/- 0,2 graus C a 37 graus C - Material da camara: aco inoxidavel - Bivolt(110 e 220 V) - Tampa em aco inoxidavel e termometro de vidro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante e ter garantia minima de dois anos	Un	2,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00103404-9 CONDUTIVIMETRO, digital, com as seguintes caracteristicas; -com no minimo 4 escalas abrangendo toda a faixa de medicao do controle de tratamento de agua -escalas minimas de 0 a 20 - 0 a 200 - 0 a 2000µS/cm e 0 a 20mS/cm. -Presicao melhor que 1%	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

21/10/2013

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/10/2013

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE091/2013
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	<p>-com compensacao de temperatura manual 10 50°C, -temperatura de referencia minima de 25°C -indicador digital de 3 1/2 digitos -faixa de ajuste da celula +ou 20% -alimentacao 127/220Volts -com suporte completo para celula -solucao padrao -termometro -garantia minima de 01 ano</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00107739-2</p> <p>ESPECTROFOMETRO, de espectro completo (190 a 840 nm), com capacidade de analise de amostras tanto no pedestal de leitura como em cubetas. Capacidade de visualizacao em computador atraves de software gratuito.</p> <p>Especificacao do Software: Disponibilizacao de planilhas compatíveis com Microsoft Excel; Quantificacao de acidos nucléicos; Quantificacao proteica (280 nm, BCA, Bradford, Lowry e Pierce 660); Quantificacao de incorporacao de corantes fluorescentes (Ex. Cy3, Cy5); Absorbancia de culturas bacterianas; Qualquer espectrometria UV/Visível (190 a 840 nm);</p> <p>Especificações Técnicas do Pedestal:</p>	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
21/10/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/10/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE091/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	<p>Volume da amostra: 0.5 uL (minimo); Ciclo de medicao: 5 segundos; Limite de detecca: 2 a 15000 ng/uL (dsDNA);</p> <p>Especificacoes Tecnicas da Cubeta: Caminhos oticos: 10, 5, 2, 1 mm; Altura do foco: 8.5 mm; Altura maxima da cubeta: 48 mm; Ciclo de medicao: 3 segundos; Limite de detecca: 0.4 a 750 ng/uL (dsDNA); Aquecimento: 37 ± 5 °C; Agitador: 150 a 850 rpm;</p> <p>Especificacoes Tecnicas Gerais: Faixa de comprimento de onda: 190 a 840 nm; Voltagem: 12 vdc (com adaptador 110-220 v incluso). Garantia minima de 01 ano do fabricante Acompanhar manual. Item sem similar ou de marca/modelo ou com caracteristicas exclusivas, cuja compra requer justificativa tecnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 paragrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000612-2</p> <p>MICROSCOPIO, estereoscopio, binocular com iluminacao episcopica e diascopica, sistema de aumento</p>	Un	25,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
21/10/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/10/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE091/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>tipo galileo (passo a passo), em material resistente a corrosao e ao uso intenso; formato que proporcione ergonomia ao usuario e economia de espaco na bancada; material e formato que aumentem a estabilidade do conjunto; trava para ajuste de altura; parafusos oara focalizacao permitindo uma distancia minima de trabalho de 90mm; estativa com iluminacao interna, sistema de iluminacao incidente para episcopia (refletida) sobre a placa preta e branca de base; 6V ou 12V/20 W; sistema de iluminacao transmitida por placa de vidro-mate (fosco) sobre a base com lampada luminosa (alavanca deslizante, botao e/ou digital), fonte de iluminacao bivolt 110/220 V. conversao automatica, as lentes do microscopio devem ser confeccionadas em cristal, oculares W 10X/ 23 focalizavel e de campo amplo; um par de oculares ajustaveis ao espaco interpupilar e a dioptria; oculares com seta indicadora; protetores oculares (confeccionados com material anti-fungo), corpo do microscopio, tubo de observacao binocular inclinado com angulo entre 30 e 45° e ajuste do espaco interpupilar e da dioptria; sistema de aumento com zoom de no mínimo 80X; accessorios: capa protetora; lampada de reversa; fusiveis de reserva; manual de instrucao em portugues, base de metal reforcado, presilhas para fixacao de objetos.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00055433-2</p>	Un	2,00				
9	<p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00035557-7</p> <p>BALANCA, eletronica, semi-analitica Com as seguintes caracteristicas: - capacidade minima de 310g</p>	Un	6,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
21/10/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/10/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE091/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
10	<p>- Bivolt(127 e 220 volts); - Sensibilidade de divisao minima de 0,001g - reprodutibilidade minima de 0,002g - certificado de aprovacao do INMETRO - comprimento minimo do prato de 100mm - garantia minima de 24 meses Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00090565-8</p> <p>BALANCA, eletronica, digital, capacidade minima de 5,0 Kg,resolucao 0,01g,campo de linearidade minimo de 0,01g campo de taragem total, tempo de estabilizacao 0,8 a 1,0 segundos, prato de pesagem 110mm, saida RS232, com display led com iluminacao de fundo,gabinete metalico com pintura epoxi,pes nivelados com nivel bolhas, prato em aco inox 304,tempo de resposta 0,5 a 1,2 segundos, acabamento em esmalte poliuretano,com capa de protecao. tensao 110/220 volts, garantia minima de 01 ano.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00131292-8</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, vide item 4 da parte B do edital de licitação. Esta licitação será composta de 07 lotes, a saber: Lote 001- item 1; Lote 002 - item 2; Lote 003 - item 3; Lote 004 - item 4; Lote 005 - item 5; Lote 006 - item 6; Lote 007 - item 7; Lote 008 - itens 8, 9 e 10.</p>	Un	6,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
21/10/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/10/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo